

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770281506877 din 19 febr 2026, 13:33 - 9 mart 2026, 16:33

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026- suplimentar 2

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000 0-1	12	DVD-R+plicuri (007260)	DVD-R 50*Spindle	China	Freestyle / Omega / MyMedia	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	DVD-R+plicuri (007260), DVD-R(disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transparenta, Bucată	-
3310000 0-1	18	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439)	1021006	Spania	Lessa	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007439), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă , Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu	Dosar depus spre înregistrare la AMDM. Nr. atribuit: DM000874277
3310000 0-1	19	Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO	1011205	Spania	Lessa	Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO 112mm x 25mm	Termo - hârtie pentru BTL-08 SPIRO 112mm x 25mm	Dosar depus spre înregistrare la AMDM. Nr. atribuit: DM000874269
3310000 0-1	20	Termo - hârtie pentru ECG "Fazini"	2911006	Spania	Lessa	"Termo - hârtie pentru ECG "Fazini" 110mm x 140mm x 20m (în formă de carte (pătrățele))"	"Termo - hârtie pentru ECG "Fazini" 110mm x 140mm x 100foi (în formă de carte (pătrățele))"	Dosar depus spre înregistrare la AMDM. Nr. atribuit: DM000874298
3310000 0-1	22	CD-R + plicuri	CD-R 50*Spindle	China	Freestyle / Omega / MyMedia	CD-R i (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea rezonanta magnetica) + plic (convert) cu fereastra transparenta	CD-R i (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea rezonanta magnetica) + plic (convert) cu fereastra transparenta	-
3310000 0-1	23	Prelungitor pt set colbe injectomat CT	600101	China	AntMed	"Prelugitor steril, lungime - minim 150 cm, diametru: 2.7-3.0x4.0-4.1 mm, presiune înalta minim 17 bar "	"Prelugitor steril, lungime - minim 150 cm, diametru: 2.7-3.0x4.0-4.1 mm, presiune înalta 24 bar "	CE/ISO
3310000 0-1	24	Prelungitor pt set colbe injectomat MR	600101	China	AntMed	"Prelugitor steril, lungime - minim 150 cm, diametru: 2.7-3.0x4.0-4.1 mm, presiune minim 10 bar "	"Prelugitor steril, lungime - minim 150 cm, diametru: 2.7-3.0x4.0-4.1 mm, presiune 24 bar "	CE/ISO
3310000 0-1	25	Set Colbe și linii pentru utilajul aflat în dotare tip Medtron	400107 + 800101	China	AntMed	Set Colbe (ref. 316025 Medtron sau echivalentul) și linii (ref. 317100 sau echivalentul) compatibile cu utilajul aflat în dotare tip Medtron	Set Colbe și linii compatibile cu utilajul aflat în dotare tip Medtron	DM000802912
3310000	26	Set de extensie tip Y	680301	China	AntMed	Set de extensie tip Y (ref. 31 8235-000 Medron	Set de extensie tip Y compatibile cu dispozitivul Medtron	CE/ISO

0-1						sau echivalentul) compatibile cu dispozitivul Medtron aflat în dotare	aflat în dotare	
3310000 0-1	43	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055)	1021006	Spania	Lessa	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă (007055), Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, Bucată	Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă , Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu, Bucată	Dosar depus spre înregistrare la AMDM. Nr. atribuit: DM000874277
3310000 0-1	44	Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094)	91000460	Italia	MIR	"Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR (007094), 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm ±0,5mm Diametru exterior – 33,3 mm ±0,5mm Lungime – 41,5 mm ±5mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată"	"Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR , 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5mm Diametru exterior – 33,3 mm Lungime – 41,5 mm 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare., Bucată"	DM000677535

Semnat:_____ **Numele, Prenumele: Mihai Volcovschi În calitate de: administrator**

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2