

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1640957526527 / 21049546	din 04 februarie 2022
Obiectul de achiziție	privind achiziționarea reagenților, accesorii și consumabile pentru laboratoarele diagnostice, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani pentru anul 2022	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		Specificații standard pentru investigații imunologice, neprevăzute în anexele Ord. MS nr.701 din 18.10.2010						
15	33696500-0	SLE - LATEX fl. 2 ml	SLE - Latex Test	Germania	Human	fl. 2 ml, să conțină control N+P	Conform cerințelor; Latex-test, 2ml/50 teste	CE, ISO
		Specificații standard pentru investigații clinice generale, hematologice și citologice. Veselă și articole de ustensilă care nu se regăsesc în (anex. 3 Ord. MS nr.701 din 18.10.2010)						
30	33696500-0	Eprubetă Eppendorf (vol. 0,2 ml)	Centrifugation Tube Eppendorf	China	GongDong	vol. 0,2 ml, ambalaj pînă la 1000 buc.	Conform cerințelor; vol. 0,2 ml, ambalaj 1000 buc	CE, ISO
33	33696500-0	Termohîrtie cu densitate nr.4	Thermal paper	Japonia	Sysmex Corporation	p/u termo-imprimante cu lățime de 110 mm	Conform cerințelor; lățime - 110 mm	CE, ISO
50		Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatoarele hematologice automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis),(anex. 17 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014).						
1	33696500-0	CELLPACK DCL 20 lit. - reagent pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare	CELLPACK DCL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 20 lit Componența: Sodium chloride 0,7%, Tris bufer 0,2%, EDTA-2K 0,02%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 20 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2	33696500-0	SULFOLYSER 3 x 500 ml- reagent pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge	SULFOLYSER	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 x 500 ml Componența: Sodium lauryl sulfate 1,7 g/L. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x500 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
3	33696500-0	LYSERCELL WNR 5 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 5 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,20%, Nonionic surfactant 0,10%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 5 L; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
4	33696500-0	LYSERCELL WDF 2 lit.- reagent pentru lizarea eritrocitelor	LYSERCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 lit. Componența: Organic quaternary ammonium salts 0,07%, Nonionic surfactant 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2 L; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
5	33696500-0	FLUOROCCELL WNR 2 x 82 lit- reagent pentru marcarea celulelor nucleate din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WNR	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 82 ml Componența: Polymethine 0,005%, Ethylene glycol 99,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x82 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
6	33696500-0	FLUOROCCELL WDF 2 x 22 ml- reagent pentru marcarea leucocitelor din proba de sânge diluat și lizat	FLUOROCCELL WDF	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 22 ml Componența: Polymethine 0,002%, Methanol 3,0%, Ethylene glycol 96,9%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x22 ml; Produs este original de la producătorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
7	33696500-0	CELLPACK DFL 1 lit.- diluant pentru analiza reticulocitelor	CELLPACK DFL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 1 lit. Componența: Tricine buffer 0,17%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 1 L; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
8	33696500-0	FLUOROCELL RET 2 x 12 - reagent pentru marcarea reticulocitelor din proba de sânge diluat	FLUOROCELL RET	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 2 x 12 ml Componența: Polymethine 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 92,0%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 2x12 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
9	33696500-0	CELLCLEAN 50 ml- soluție de spălare concentrată	CELLCLEAN	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 50 ml Componența: Sodium hypochlorite 5,00%. Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 50 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
10	33696500-0	XN CHECK 3 x 3 ml- set de materiale de control (3 nivele - scăzut, normal, înalt)	XN CHECK	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 x 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului.	Conform cerințelor; ambalaj 3x3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
11	33696500-0	XN CAL 3 ml - calibrator	XN CAL	Japonia	Sysmex Corporation	Ambalaj solicitat: 3 ml Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000. Certificat de compatibilitate a reactivelor ofertați cu analizatorul XN-1000 eliberat de către producătorul analizatorului	Conform cerințelor; ambalaj 3 ml; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO
		Accesorii /consumabile/ piese de schimb pentru Analizatorul Hematologic automat SYSMEX XN-1000 (sistem închis)						
51	33696500-0	Set de mentenanță anual pentru analizatorul hematologic Sysmex XN-1000	Maintenance kit	Japonia	Sysmex Corporation	Compatibil cu analizator SYSMEX XN-1000.	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului hematologic XN-1000	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
		Accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u echipament medical de laborator . anex.18 Ord. MS nr.374 din 05.05.2014)						
56	33696500-0	Lampă halogenă p/u microscop binocular	OSRAM 64250, 6V, 20W, G4	Germania	OSRAM	20W - 6V-G 4	Tip OSRAM 64250, 6V, 20W, G4	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**