

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1712814770816**

Denumirea procedurii de achiziție: **Recirculatoare bactericide.**

Autoritatea contractantă: **Institutul Neurologie și Neurochirurgie**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000-1	1.	Recirculatoarele bactericide	Recirculatoarele bactericide	ORBB 15x2 Gorizont	Ucraina	BactoSfera	<p>Recirculator Bactericid 87m3/ora Destinat utilizării în prezenta pacienților și personalului în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, birouri, laboratoare</p> <p>Corp Recirculatorului prevazut pentru doua tuburi bactericide 15W fara ozon. *Aria de sterilizare $\geq 25m^2$ *Unda de iradiere, 253.7 nm *Minim motoare - 2 *Lungimea Corpului $550 \times 150 \times 90 \pm 5\%$. *Alimentarea 220V, 50 Hz *Puterea fluxului de aer 87 m3/ora $\pm 5\%$. *Nivel de zgomot pina la 27 dB *Instalația fabricata din metal inoxidabil- DA *Fixare pe perete orizontal -DA *Protectie de la scurt circuit - DA *Telecomanda cu timer -DA *Buton oprire-pornire - DA *Orificiu de urmarire a functiunii utilajului placat cu sticla -DA *Lungime cablu cu priza shuko 3m-DA</p>	<p>Recirculator Bactericid 190m3/ora Destinat utilizării în prezenta pacienților și personalului în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, birouri, laboratoare</p> <p>Corp Recirculatorului prevazut pentru doua tuburi bactericide 15W fara ozon. *Aria de sterilizare 30m2 *Unda de iradiere, 253.7 nm *Motoare - 2 *Lungimea Corpului 125x125x570 *Alimentarea 220V, 50 Hz *Puterea fluxului de aer 190 m3/ora *Nivel de zgomot pina la 27 dB *Instalația fabricata din metal *Fixare pe perete orizontal -DA *Protectie de la scurt circuit - DA *Buton oprire-pornire - DA *Lungime cablu cu priza shuko 3m-DA *Indicatori de performanță a lămpii *Cronometru programabil cu ecran pentru până la 10 programe diferite pentru pornirea și oprirea automată a recirculatorului, ținând cont de zilele săptămânii, orele și minutele. Este foarte convenabil și eficient. De exemplu, un program care poate fi convenabil pentru angajații de birou: pornirea automată a recirculatorului în fiecare zi de luni până vineri de la 9:00 la 18:30 cu oprire automată la prânz timp de 1 oră + pornirea sâmbătă de la 10: 00 la 16:00 cu oprire automată la prânz.</p>	CE/ISO/ Declaratie de conformitate

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova