

LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L.
300136 Timișoara; Str. Avram Imbroane nr. 9
Tel. 0256 225605
Fax 0256 201348

CERTIFICAT DE CALITATE

Gaz : **Heliu 5.0**
Livrat in: **Butelie euro 50l**
Presiune imbuteliere: **200 bar**
Continut gaz / butelie: **9.1 Nmc**
Societatea furnizoare: I.C.S Acseal Gaz S.R.L.

CARACTERISTICI CALITATIVE DE BAZA

Componenta	Cantitate
Heliu	min. 99,9990 %
Oxygen	max. 2 ppm
Azot	max. 3 ppm
Apa	max. 3 ppm
Hidrocarburi	max. 0,2 ppm

Linde Gaz Romania

Prezentul certificat intocmit in conformitate cu legea atesta calitatea produsului livrat, parametrii sai incadrandu-se in normativul de calitate.

Pentru a contribui si dvs. la mentinerea calitatii produsului, va rugam, returnati butelia cu o presiune remanenta de min. 0,5 bar.



Timișoara

Str. Avram Imbroane 9
Tel.: +40 256 300 700
Fax: +40 256 225 608
www.linde-gaz.ro

București

Autostrada București – Pitești km.11
Tel.: +40 21 318 1920
Fax: +40 21 3181934

Cluj Napoca

Blvd. Muncii 18
Tel.: +40 264 415 707
Fax: +40 264 415 708