Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitaţiei:	**LP nr. 21569320 / ocds-b3wdp1-MD-1771494145440**	Data: 9 Martie 2026	Alternativa nr.: -
Denumirea licitaţiei:	**Achiziționarea protezelor valvulare vasculare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat 2)**	Lot: 9	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	9	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica, steril, Manjetă standart	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica, steril, Manjetă standart	Masters, model 27MJ-501; 29MJ-501, 31MJ-501	USA	ABBOTT MED / ST.JUDE MED	a. Mitrale -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea ≥85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate N 27, N29, N31 Manjetă standart	valva mecanica cardiaca Mitrala: -Inel valvular si elementul de ocluzie sa fie confectionat din carbon pirolitic care să permită efectuarea în condiţii de siguranţă şi fără artefacte a examinărilor CT şi RMN. -Inelul şi discul să fie vizibile radiografic - Profil hemodinamic optim: -unghii de deschiderea 85º -turbulenta de staza minima -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie - materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marcer de implantare -mecanizm de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertrofiei musculare s-au septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate Marimele: N 27, N29, N31 Manjetă standart. documente tehnice se anexeaza.	DM000823058, DM000823059, DM000823060

Digitally signed by Ceaicovschi Tudor
Date: 2026.03.05 11:47:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director General
Ofertantul: „GBG-MLD” SRL; Adresa: mun.Chişinău, str.Albisoara 64/2