

S.R.L.”AZICA-GRUP”

mun. Chişinău, str. Independenţei 10/4,ap 97 telmobil+373/69215630,email:dorinbreahna@gmail.com

n/o	SPECIFICATII TEHNICE						
	Numărul licitaţiei: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1752666072477 Data: „16” iulie 2025						
Cod CPV	Denumirea poziţiei	Modelul articolului	Ţara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificaţia tehnică propusă de operatorul economic	Standarte de referinţe
3310 0000 -1	Set consumabile pentru plasmă la aparatul Nigale	Set consumabile pentru plasmă la aparatul Nigale	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co., LTD	Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. • Integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la porţiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanţa de 10 cm, • Integrat cu clama la punge de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasmă sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punge de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului	Sistema de uz unic, tubulaturile de conexiune la soluţia NaCl şi soluţia anticoagulantă fiind asigurate cu clame; -ac tip 16 G, cu fisura laterală:lungimea acului nu mai mica de 3 cm. • Integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; la porţiunea de conexiune a acului cu setul clama si o distanţa de 10 cm, • Integrat cu clama la punge de plasma. amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y. lungimea acestui tub nu mai mica de 60 cm. • Sistemul de capisonare a acului post-donare cu utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent Linia pentru separarea plasmă sa nu fie mai scurta de 80 cm de la bol- centrifuga.de la ramificarea racordului Y pana la punge de plasma nu mai scurt de 60 cm • Bol-centrifugă pentru colectarea sângelui transparent; • Soluţie anticoagulantă – conţinut de citrat de natriu 4%, steril, apirogen,volum de 250 ml, în recipient de plastic, asigurat cu element ce va permite fixarea recipientului în	DOC, CE, DM00 02019 82

					în suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)	suport. • Container dublu pentru colectarea plasmei în volum 1000 ml, adaptat pentru fixarea la bol și cu ac polimer pentru conectarea la recipientul din plastic cu soluție NaCl; compatibile cu aparatul Nigale.(solicitate conform necesitatilor reale a institutiei)	

Data completării 18/08/2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Breahna Dorin Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Azica Grup SRL

IDNO al operatorului economic 1006600028430