


Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP SCM nr.1

Numărul licitației: 21013214						Data: 19.11.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Dispozitive medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1 pentru anul 2019						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Microscop pentru examinări în histopatologie	IS.1158-PLI	Olanda	Euromex	Ocular. Tipul ocularului. Binocular Amplificare ocular Minimum 10x Număr de câmp al ocularului Minimum 22 Tip ocular Cu ajustare dioptrică Compensare ametropie De la +5 la -5 Distanța interpupilară Ajustabilă Distanța interpupilară 45 -75 Interval unghi de înclinare a tubului de observare 30- 45° Turelă rotativă și obiective Număr de obiective minim incluse 5 Tip obiectiv. Plan Achromat Obiectiv necesar 4x Numărul aperturii Minimum 0,1 Distanța de lucru Minimum 18 Obiectiv necesar 10x Numărul aperturii Minimum 0,25 Distanța de lucru Minimum 10,5 Obiectiv necesar 20x Numărul aperturii Minimum 0,4 Distanța de lucru Minimum 0,92 Obiectiv necesar 40x Numărul aperturii Minimum 0,65 Distanța de lucru Minimum 0,36 Obiectiv necesar 60x/100x draft Numărul aperturii Minimum 0,7 Distanța de lucru Minimum 0,2 Număr de câmp Minimum 22 Butoane de reglare Axe de reglare a suportului X, Y, Z Mod de acționare a suportului Rapidă și fină Treaptă de reglare fină a focusării Maximum 1 μm Iluminator Sursă de lumină LED Durată de viață a sursei de lumină Minimum 50000 ore Mod iluminare Prin transmitere (din partea inferioară a suportului) Ajustare luminizitate. Da Platformă de lucru Cu cleme de fixare. Da O clemă mobilă. Da Diafragmă și condensor Tip condensor Acromatic și aplanatic Tip diafragmă Cu diametru ajustabil Interval de ajustare a diafragmei Pentru intervalul 4x-100x Accesorii Husă de protecție 1 bucată Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Standarde și certificate. Certificat. CE (Certificat european). Standard ISO 9001:2015 Standart de calitate a dispozitivelor ISO 13485:2016 Standart de calitate a dispozitivelor medicale Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, Întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă Manualul de utilizare engleză Manualul de service engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare Da Garanție Perioada de garanție Minim 4 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor Conform recomandărilor producătorului	Ocular. Tipul ocularului. Binocular Amplificare ocular Minimum 10x Număr de câmp al ocularului Minimum 22 Tip ocular Cu ajustare dioptrică Compensare ametropie De la +5 la -5 Distanța interpupilară Ajustabilă Distanța interpupilară 45 -75 Interval unghi de înclinare a tubului de observare 30- 45° Turelă rotativă și obiective Număr de obiective minim incluse 5 Tip obiectiv. Plan Achromat Obiectiv necesar 4x Numărul aperturii Minimum 0,1 Distanța de lucru Minimum 18 Obiectiv necesar 10x Numărul aperturii Minimum 0,25 Distanța de lucru Minimum 10,5 Obiectiv necesar 20x Numărul aperturii Minimum 0,4 Distanța de lucru Minimum 0,92 Obiectiv necesar 40x Numărul aperturii Minimum 0,65 Distanța de lucru Minimum 0,36 Obiectiv necesar 100x draft Numărul aperturii Minimum 0,7 Distanța de lucru Minimum 0,2 Număr de câmp Minimum 22 Butoane de reglare Axe de reglare a suportului X, Y, Z Mod de acționare a suportului Rapidă și fină Treaptă de reglare fină a focusării Maximum 1 μm Iluminator Sursă de lumină LED Durată de viață a sursei de lumină Minimum 50000 ore Mod iluminare Prin transmitere (din partea inferioară a suportului) Ajustare luminizitate. Da Platformă de lucru Cu cleme de fixare. Da O clemă mobilă. Da Diafragmă și condensor Tip condensor Acromatic și aplanatic Tip diafragmă Cu diametru ajustabil Interval de ajustare a diafragmei Pentru intervalul 4x-100x Accesorii Husă de protecție 1 bucată Sursă de alimentare Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz Tip fir de alimentare Shuko Standarde și certificate. Certificat. CE (Certificat european). Standard ISO 9001:2015 Standart de calitate a dispozitivelor ISO 13485:2016 Standart de calitate a dispozitivelor medicale Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, Întreținere și dezinfectare Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă Manualul de utilizare engleză Manualul de service engleză Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare Da Garanție Perioada de garanție Minim 4 ani Efectuarea mentenanței în perioada de garanție de către furnizor Conform recomandărilor producătorului	ISO,CE

Semnat:  Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertant: Profilabdiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

