

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21054236 din 11.05.2022

Obiectul de achiziție: Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 4)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 7						
Sistem pentru dezghețare și încălzirea plasmelor și a pungilor de sânge	97.8710.800	Germania	SARSTEDT AG & Co. KG	"Sistem pentru dezghețarea și încălzirea plasmelor și a pungilor de sânge Cod Anexa 5 Descriere Dispozitiv medical pentru dezghețarea și încălzirea plasmelor și a pungilor de sânge cu caldura uscata Parametrul Specificația Metoda de lucru cu caldura uscata Capacitatea de încălzire 4 -6 pungi Temperatura mentinuta constant 37 °C Puterea 600-900 W Agitator opțional Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da Alimentare de la rețea 220V 50 Hz	SAHARA-III MAXITHERM 230 V, pentru decongelare și încălzire produse sanguine în pungi de plastic înainte de transfuzie, max. capacitate: 6 pungi de depozitare, potrivite pentru plasmă, sânge integral, concentrate eritrocitare și preparate crioconservate. Încălzirea aplicației Temperatura mentinuta constant 37 °C Tensiune de alimentare 230 V Consumul de energie în timpul funcționării 655 W Frecvența 50 Hz - 60 Hz Controlul temperaturii componentelor sanguine Senzor infraroșu Ecran LED Da Afișarea temperaturii componentelor sanguine Da mărimea Latimea produsului 32 cm Înălțimea produsului 32,5 cm Lungimea produsului 49,3 cm	CE
Total lot 7						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23