

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1750832481070 / 21438540 din: 25.06.2025 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025- REPETAT 2

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace	PGA16008D7	China	Huaian Pingan Medical Instrument Co., Ltd.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5-8,00 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. Parametrii diametrul și lungimea acului și suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5-8,00 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterilă. Parametrii diametrul și lungimea acului și suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
2	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace	PGA17006F7	China	Huaian Pingan Medical Instrument Co., Ltd.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5-6,00 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul și lungimea acului și suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5-6,00 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul și lungimea acului și suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO
19	Catgut plain USP 0, ac 37 mm	CP21037B0	China	Huaian Pingan Medical Instrument Co., Ltd.	Catgut plain 0 ac circumferința 1/2 rotund lungime 37mm firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	Catgut plain 0 ac circumferința 1/2 rotund lungime 37mm firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	CE, ISO
21	Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm	CP20240B0	China	Huaian Pingan Medical Instrument Co., Ltd.	Catgut plain 2.0 ac circumferința 1/2 rotund lungime minim 35mm și maxim 40mm lungimea firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	Catgut plain 2.0 ac circumferința 1/2 rotund lungime minim 35mm și maxim 40mm lungimea firului 75cm Steril (corespunderea grosimii acului cu cea a firului)	CE, ISO
23	Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm	CP21027B0	China	Huaian Pingan Medical Instrument Co., Ltd.	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	CE, ISO

Semnăt: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv