

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1648562411010		Data: „06” aprilie 2022	Alternativa nr.: NU
Denumirea licitației:			Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Național „Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine” conform necesităților		Lot: 9, 10, 11, 12, 13, 14.	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr.	Denumire Lot	Denumirea poziției	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			6	7	8
331000 0-1	9	Capsulă pentru suport de filtrare, tip III	Capsulă pentru suport de filtrare, tip III	Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a soluțiilor proteice. Proprietăți: a)capsule A1HC1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate a câte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a soluțiilor proteice. Proprietăți: a)capsule A1HC1,1 m2; b)garnitură plată 1/pk. c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate a câte 1 (una) capsulă în ambalaj separat, pe care este necesar de a fi indicată denumirea,codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Cod: MA1HC10FS1	ISO, CE

331000 0-1	10	Prefiltru, tip I	Prefiltru, tip I	Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: a) prefiltru tip – AP; b) diametrul prefiltrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Cod: APxx29325 xx=20 sau 25	ISO, CE
331000 0-1	11	Filtru, tip I	Filtru, tip I	Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: a) filtru tip – 0,65μm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	Destinația: pentru realizarea procesului filtrație de limpezire a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: a) filtru tip – 0,65μm DAWP; b) diametrul filtrului – 293 mm; c) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Cod: DAWP29325	ISO, CE

331000 0-1	12	Filtru, tip III	Filtru, tip III	Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22μm GVWP; c) diametrul – 293 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	Destinația: pentru realizarea procesului de filtrație sterilă a preparatelor biomedicale din sânge. Proprietăți: a) filtru cu membrană Durapor; b) tip – 0,22μm GVWP; c) diametrul – 293 mm; d) compatibil cu tehnologia existentă. Forma de ambalare: livrate în cutie ermetic închisă cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare, prezența notificării “DE UZ UNIC”. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Cod: GVWP2932A	ISO, CE
331000 0-1	13	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip I	Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0); Număr de catalog - CMPB02202. Forma de ambalare: livrate în cutie a câte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Ion-Ex Polishing Cartridge 55cm (22"0); Număr de catalog - CMPB02202. Forma de ambalare: livrate în cutie a câte 1 sau 2 bucatăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. - Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Cod: CMPB02202	ISO, CE

331000 0-1	14	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II	Filtru pentru ultrapurificare a apei, tip II	Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Durapore Carridge 0.22 pm Forma de ambalare: livrate în cutie a câte 1 sau 2 bucătăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă.	Destinația: pentru ultrapurificare a apei conform tehnologiei existente. Proprietăți: Compatibil cu sistemul Super Q; Durapore Carridge 0.22 pm Forma de ambalare: livrate în cutie a câte 1 sau 2 bucătăți. Cutie cu etichetă pe ambalaj, pe care este necesar de a fi indicată denumirea, codul, lotul, data de producere, valabilitatea și condițiile de păstrare. Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM. -Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; -Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă. Cod: CVDI02TPE	ISO, CE
---------------	----	--	--	--	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Aryku Vitaliy În calitate de: Inginer

Ofertantul: NITECH SRL Adresa: or. Chisinau, str. Grenoble 106A