

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1683117202731 din 16.05.2023
Obiectul achiziției: Cartuș și sistem de capilare pentru analizatorul genetic al laboratorului ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 Cartuș pentru analizator genetic | A41331 | SUA | ThermoFisher | Conform caietului de sarcini | Destinat pentru lucrul la SeqStudio Genetic Analyzer Numărul de capilare(de tip fără acoperire interioară), nu mai puțin de 4. Capilarele, tamponul(soluție bufer) anodic și polimerul sunt combinate într-un singur cartuș. Stabilitatea cartușului în dispozitiv de la data instalării timp de cel puțin 6 luni Posibilitatea monitorizării automate a stării consumabilelor. Înregistrarea și citirea tipului, data expirării, capacitatea, capacitatea reziduală, timpul petrecut în dispozitiv de pe etichetele cartușului și tamponelor anodice. Funcționare automată în timpul electroforezei (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză de denaturare și colectare de date) pentru probele supuse testării Nota: Cetificatele de analiza vor fi prezentate la livrarea produselor. | |
| Lot 2 Sistem de capilare pentru analizator genetic | 4404683 | SUA | ThermoFisher | Conform caietului de sarcini | Destinat pentru lucrul la 3500 Genetic Analyzer Numărul de capilare fără acoperire interioară cel puțin 8 Cu lungimea capilarelor 36 cm Funcționare automată în timpul unei analize (umplere capilară, preelectroforeză, injecție de probe, electroforeză | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | de denaturare și colectare de date) pentru un număr programat de probe. Posibilitatea monitorizării automate a stării sistemului de capilare Nota: Cetificatele de analiza vor fi prezentate la livrarea produselor. | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau