

	Specificații tehnice (F4.1)							
						din 01.07.2021		
Numărul licitației: 21039929								Alternativa nr.
Denumirea licitației: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE								
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 2						
		Butelie oxigen 2 litri	BO.100.15012 + CO.100.18040	Italia	SAN-O-SUB	Butelie oxigen Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥2 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da	Butelie oxigen Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum 2 litri Material Acciaio 35 CrMo4 (UNI 7845) Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen - 2 buc. Mască facială - 2 buc. Canulă nazală - 2 buc. Geanta de transport da Vezi anexa LOTUL 2 si LOTUL 2.1	CE
		Total lot 2						
		Lotul 3						
33100000-1		Butelie oxigen 5 litri	BO.100.15015 + CO.100.18041	Italia	SAN-O-SUB	Butelie oxigen Cod 110510 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥5 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da	Butelie oxigen Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum 5 litri Material Acciaio 35 CrMo4 (UNI 7845) Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da Vezi anexa LOTUL 3 si LOTUL 3.1	CE
		Total lot 3						

33100000-1		Lotul 55						
		Alcotest	Seturi alcotest: 8322660 + 8319310 + 8319002 + 6810830 + 8319330 + 1890092 + 8316991	Germania	Dräger Safety AG & Co. KGaA	Alcotest cu imprimantă portabilă Cod 300700 Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient Parametru Specificație Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor LCD sau afisor LED Unitatea de măsură mg/L "Domeniul de măsurare" 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarame acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumulator intern sau baterii reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații "deconectarea automată în caz de neutilizare" încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 ... +50°C Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la șocuri, căderi Accesorii Geantă geantă pentru trasportare și depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, muștiuri și accesorii Imprimantă incorporată incorporată sau aparte portabilă transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin: WiFi, bluetooth, infraroșu tip imprimare: termică cu autonomie: acumulator încorporat hîrtie termică ≥ 5 buc. Muștuc sterile ambalat individual ≥ 100 buc.	Alcotest Dräger 6820 (8322660) cu imprimantă portabilă (8319310) Descriere Dispozitiv portabil destinat depistării alcoolului în aerul expirat de la pacient În fiecare set sunt incluse 5 rulouri de hârtietermică (83 19 002), 100 muștiucuri de unică folosință în ambalaj igienic(6810830), Geanta (8319330), acumulator NiMH(6 buc) (1890092) si Încărcător (sursă de curent) 1 buc (8316991)- pentru alcotester și imprimantă. Certificat metrologic de la INM pt 12 luni . Certificat de calibrare Parametru Specificație Depistare alcool senzor electrochimic Monitorizarea datelor pe monitor - Afișaj LCD grafic cu iluminare de fundal, 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixeli); Unitatea de măsură mg/L "Domeniul de măsurare" 0 - 2,5 mg/L Pasul de măsurare 0,01 Eroarea admisibilă ≤ 10% Prelevare probă posibilitatea de prelevare a probei cu muștiuc și fără depistarea automat la atingerea unui volum minim de aer expirat prelevarea pasivă la acționarea butonului Memorie investigație ≥ 2000 Alarame acustică, vizuală Pornirea dispozitivului ≤ 20s. Afișare rezultate ≤ 30s. Alimentare acumuloatoarele NiMH reîncărcabile indicator a nivelului de încărcare a acumulatorului autonomie de la acumulator min. 500 investigații "deconectarea automată în caz de neutilizare" încărcător de la 220V, 50Hz Temperatura de lucru -5 ... +50°C Umiditatea 10 - 100%, fără condens Carcasa rezistent la șocuri, căderi Accesorii Geantă geantă pentru trasportare și depozitare. Să fie dotat cu buzunare, spațiu pentru dispozitiv, imprimantă, muștiuri și accesorii Imprimantă portabilă transmiterea datelor în cazul imprimantei portabile prin: infraroșu tip imprimare: termică cu autonomie: acumulator încorporat hîrtie termică - 5 buc. Muștuc sterile ambalat individual - 100 buc. Vezi anexa LOTUL 55	ISO
		Total lot 55						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23