

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Institutul Oncologic

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1592898077355 din 29.06.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Filtre antibacteriene de unică folosință**

Perioada depunerii ofertei: **26 iun 2020, 11:00 - 29 iun 2020, 11:00**

Nr. Lot	Denumire produs	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard de referință
1	Filtre antibacteriene de unică folosință	2200/16 Model 984	UK	GVS Filter Technology	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Temperatura maximă de operare – 100°C Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm2 Temperatura maximă de operare – 100°C Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	Certificate CE

Specificații de preț (F 4.2)

Nr. Lot	Denumirea produs	U.M.	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	Filtre antibacteriene de unică folosință	buc	500	84,50	101,40	42.250,00	50.700,00	în decurs de 30 zile de la semnarea contractului

**Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.**



Termenul de valabilitate a ofertei: 60 zile