

Паспорт
Стаканы и колбы стеклянные лабораторные по ТУ 9464-019-29508133-2015

Колбы конические

1. Назначение

Предназначены для фильтрования, выпаривания, перегонки, разгонки, дистилляции и синтеза в лабораторных условиях.

2. Основные технические характеристики

Номинальная вместимость, мл	Цена деления, мл	Диаметр колбы, мм	Высота, мм	Диаметр горловины, мм (исп. 2)	Обозначение конуса по ГОСТ 8682 (исп. 1)
25	---	42 ± 1,0	70 ± 3,0	22 ± 1,5	14/23
50	5	51 ± 1,0	85 ± 3,0	22 ± 1,5; 34 ± 1,5	
100	10	64 ± 1,5	105 ± 3,0		
250	25	85 ± 2,0	140 ± 3,0	34 ± 1,5; 50 ± 2,0	29/32
500	50	105 ± 2,0	170 ± 4,0		
1000	100	131 ± 3,0	215 ± 4,0	50 ± 2,0	---
2000	250	166 ± 3,0	275 ± 4,0		
3000	500	187 ± 3,0	310 ± 4,0		
5000	500	220 ± 3,0	365 ± 4,0		

- Колбы изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.
- Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 (_____), из медицинского стекла по ГОСТ 19808 (_____) или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400 (_____).
- Колбы номинальной вместимостью 50 мл и выше имеют ориентировочную шкалу.
- Номинальная вместимость в обозначении и наименовании колб является условной.
- Тип Ки - коническая. Исполнение 1 - с взаимозаменяемым конусом, исполнение 2 - без взаимозаменяемого конуса и с цилиндрической горловиной.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Изготовитель гарантирует соответствие колб конических требованиям ТУ 9464-019-29508133-2015 и ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Свидетельство о приемке

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.