

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: www.vladmiva.ru e-mail: postmaster@vladmiva.ru	
ИЗДЕЛИЕ	УНИЦЕМ (белый/светло-желтый/золотисто-желтый/бактерицидный)	
УПАКОВКА	Порошок (банка) 50 г Жидкость (флакон) 30 г или Порошок (банка) 100 г Жидкость (флакон) 60 г	
ОПИСАНИЕ	Цинк-фосфатный двухкомпонентный стоматологический цемент	
ПО ТРЕБОВАНИЯМ	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, ГОСТ Р 51744-2001 и директивой ЕЭС 93/42 ЕС	
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)
<u>Жидкость:</u>		
Кислота ортофосфорная	7664-38-2	~25,0 %
Вода дистиллированная	—	~60,0 %
Модификатор	—	~15,0
<u>Порошок:</u>		
Окись цинка	1314-13-2	~60,0
Окись магния	1309-48-4	~15,0 %
Окись кремния	12506-18-2	~20,0 %
Бактерицидная добавка	14808-60-7	~5,0 %
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 51744-2001		
СЕРТИФИКАЦИИ	ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
Дата: 25/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	Подпись, печать 	