

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 6, 8]

CENTRUL PENTRU ACHIZITIILE PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE

Numărul licitației: ocds-b3wdu1-MD-1695911104792 / nr.21095346						Data: „ 12 ” noiembrie 2023		Alternativa nr.:	
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară 30)								Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-ctorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2						6	7	8
33100000-1	24	Lot nr. 24 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe	URIT- 3020 Probe Cleaner (D43)+ Diluent (D31) +Lytic Reagent (L21) +Detergent (D41)	CHINA	URIT Medical Electronic Ltd.	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe Cod 150520 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametri Specificația Tip sistem deschis Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afișaj graphic Imprimantă Sistem ID pacient Introducerea datelor manual/interfață PC Afișarea histogramei Stocarea datelor Calibrarea- automată Histograme- WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de service Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient Indicatori de avertizare Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Jennings Limba de comunicare rusă Memorie internă > 1000 pacienți Accesorii Vas pentru deșeur tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Alimentare 220 V, 50 Hz Reagenți Reagenți "Să fie incluse toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize" Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru ≥ 1000 probe Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării ≥ 6 luni	Analizator hematologic URIT - 3020 (Letter of Authoriz - pss.13) Cod 150520 Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine cu sistem deschis de reactivi Parametri Specificația - Brosura Lot 24, pag.2 Tip sistem deschis. Metode de analiză 3 diff. Procedura de curățire automată. Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT PCT- PDW, P-LCR, P-LCC Capacitate (probe/oră) - 60 Diluarea automată Afișaj graphic Imprimantă Sistem ID pacient Introducerea datelor manual Interfața PC Afișarea histogramei Păstrarea mai mult de 100,000 rezultate ale testelor Calibrarea- automată Histograme- WBC- repartizarea leucocitelor după volum RBC- repartizarea eritrocitelor după volum PLT- repartizarea trombocitelor după volum Afișarea pe ecran a tuturor datelor - histograme , rezultate , grafice , rezultate din arhivă, date de service. Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient. Indicatori de avertizare Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Jennings. Limba de comunicare rusă Memorie internă 100000 pacienți Accesorii : Vas pentru deșeur,tuburi pentru reagenți, tuburi pentru spălare Alimentare 110-240 V, 50/60 Hz Reagenți si Accesorii : inclus toți reagenții si accesorii , consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare - pentru 1000 de analize - (Reactive Instuctii : Probe Cleaner (D43) ; Diluent (D31) ; Lytic Reagent (L21) ; Detergent (D41)) Perioada valabilitati a reagenților din momentul livrării - 6 luni	Declarația de Conformitate 98/79/CE din 13.04.2022 ; Certificat ISO 13485:2016; Nr. de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: DM000381510 - URIT3020; DM000381511 - D43; DM000381512 - D31; DM000381514 - L21; DM000381516 - D41 . URIT-3020 Operation manual
33100000-1	27	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifuga de laborator (24 tuburi) DM0424 +A24-15P nr.catalog 19400101 (adaptor A15P22 nr.catalog 19500021)	CHINA	DLAB Scientific Co.	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametri Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - 260 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizual și acustice da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare da	Centrifugă de laborator (24 tuburi) - (1.Bucket-Catalog- DLAB-DM0424 pag 96-97). Cod 150950 Centrifuga de laborator destinate pentru a centrifuga singele. Parametri Specificația: Viteza de rotație Minimală, rpm 500 ; Maximală, rpm 4000 - (1.Bucket-Catalog- DM0424 pag 96 specificația) Setări setarea vitezei 100rpm Capacitatea tuburilor de 10 - 15 ml (RotorA24-15P pag 97, nr.catalog 19400101+adaptor A15P22 nr.catalog 19500021) Numărul de tuburi 24 unitati x 15ml (Rotația probele se efectuează folosind rotore detașabile de diferite capacități: RotorA24-15P pag 97, nr.catalog 19400101+adaptor A15P22 nr.catalog 19500021) Timer Gama de timp 1 - 99 min Incrementarea 1 min Blocarea automată a capacului după pornire. Indicatori Indicatori vizual și acustic Debalansare , Display LCD. Pornire/oprire DA Capac deschis DA Display Digital DA Nivelul de zgomot 62 dB Diagnostic automat - 1.Bucket-Catalog DLAB -DM0424 pag 96-97).	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016; Notificare pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Irina Varman** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ProfilabDiagnostic" SRL** Adresa: _____