Anexa A
la Termenii și condițiile de furnizare

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT: "Dulap de uscare de laborator"

№	Name of product	Minimal technical specifications	Offered specifications; model BOV-V225FI; Biobase, China.
1	**Dulap de uscare de laborator**	**Descriere - Pentru sterilizarea sticlariei de laborator, recipiente, eprubete și alte accesorii de laborator.** Specificatii tehnice solicitate: lățime (mm) - mai mare sau egală cu 1000 mm înălțime (mm) – mai mare sau egală cu 800 mm adâncime (mm) – mai mare sau egală cu 700 mm tensiune (V) 230 putere (W) 2700 frecventa (Hz) 50 volum (l) minim 240l ±10% numarul de usi: 1 sau 2 Camera din otel inoxidabil Convenție aer forțat Controlul puterii ventilatorului Microprocesor - controler cu afișaj de indicare a temperaturii Incălzire programabilă Ușa care poate fi încuiată, fapt ce împiedică intervenția în procesul de sterilizare	**Pentru sterilizarea sticlariei de laborator, recipiente, eprubete și alte accesorii de laborator.** Specificatii tehnice solicitate: latime (mm) = 885 mm inaltime (mm) = 952 mm adâncime (mm) = 780 mm tensiune (V) = 220 putere (W) = 2500/4000 frecventa (Hz) = 50/60 volum (l) = 240 numarul de usi = 1 Camera din otel inoxidabil Convenție aer forțat Controlul puterii ventilatorului Microprocesor - controler cu afișaj de indicare a temperaturii Incălzire programabilă Ușa care se încuie, fapt ce împiedică intervenția în procesul de sterilizare
	Mandatory requirements	- Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent; - ISO 9001-2015	- Original manufacturer packing for all items; - Quality Certificates (CE and/or DC) or any other equivalent; - ISO 9001-2015

Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.

NUMELE FURNIZORULUI Polisano Prim SRL Semnătura și ștampila autorizate _____

Locul: str. N. Testemiteanu 3/18 Data: 18.09.2023

Digitally signed by Cosnicean Mihai
Date: 2023.09.18 14:54:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova