

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1617630471650	Data: 10 apr 2021, 10:00 - 13 apr 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziționarea- implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale - conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2021	Lot: 1	Pagina: 1 din 2

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
33100 000-1	1	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Tija longitudinală	Aerospine Rod ASR1511-ASR1604	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Diametrul 5.5 - 6.0 mm; Lungimea 40 mm – 480 mm; Compatibil CT (tomografia computerizată) și RMN (rezonanță magneto – nucleară); De consistență tare pentru fracturi și deformități; Din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	2	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial dotat cu piuliță	Aerospine Spinal Stabilization Monoaxial Screw AMAS535 - AMAS055	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 30 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	3	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial dotat cu piuliță	Aerospine Spinal Stabilization Polyaxial Screw APAS4530 - APAS8055	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Diametru 4,5 mm – 8 mm; Lungimea 30 mm – 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	4	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular monoaxial cu braț lung dotat cu piuliță	Aerospine Monoaxial Spondylosis Screw	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO

33100 000-1	5	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Șurub pedicular poliaxial cu braț lung dotat cu piuliță	Aerospine Polyaxial Spondylosis Screw	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Diametru 5,5 mm - 7,5 mm; Lungimea 35 mm - 55 mm; Caracteristicile șurubului: vîrf auto-filetant; Flancurile anterioare a filetului ascuțite; Design conic al miezului; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	6	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cross-link ajustabil	Aerospine Multiaxis Transfer Connection	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Ajustabile, cu suruburi de fixare; Cross-link ajustabil 40-100 mm Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 000-1	7	Implanturi pentru osteosinteza coloanei vertebrale	Cârlig laminar toracal	Aerospine spinal Hook	Turcia	Aero Medikal	Cu următoarele caracteristici: Cârlig laminar toracal (pedicul, lamina, ofset); Pentru barele de max. 5.5 mm sau 6.0 mm, în dependență de ofertă; Material: aliaj din titan Ti – 6 Al - 4V. - ISO 13485, -ISO 9001:2015 -Certificat CE și/sau declarație de conformitate (inclusiv cu anexele dacă există)	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**