

CERTIFICAT DE CALITATE

Nº 1346 din 20.10.2023

MATERIE PRIMĂ

Denumirea materiei prime: **Foarfece**

Ambalare: Câte 200 de bucăți în cutie de carton

Producător: JCMED (TIANJIN) IMP&EXP CO., LTD,
China

Furnizor: ElaDum Pharma SRL

Analiza conform: SNC-MP-1074

Elaborat în baza: FA/1638 din 19.10.2023

Serie: -

Lot intern: 137/MP/

Cantitatea depozitată: 2000 buc

Data fabricației: -

Termen valabilitate: -

Prelevat pentru analiză: 3 bucăți

Rezultatele analizelor:


Indici de calitate	Condiții de admisibilitate	Rezultate
Descriere	Foarfecă cu suprafață curată, netedă, fără crăpături și rugină.	Corespunde
Sistemul de funcționare	Foarfece taie țesătura cu oricare parte a tăișului, cu tăietură liniară. Țesătura nu se întinde sau nu se rupe.	Corespunde

Concluzie:

Eșantionul **Foarfece** lot intern **137/MP/2023** corespunde cerințelor înaintate de Specificația Normare a Calității materiei prime **SNC-MP-1074** conform indicilor analizați.

Șef Departament Controlul Calității

Data: 20.10.2023



Ceaciru Cristina

CERTIFICAT DE CALITATE

№ 1347 din 20.10.2023

MATERIE PRIMĂ

<u>Denumirea materiei prime:</u>	Lanternă	<u>Serie:</u>	-
<u>Ambalare:</u>	Cutie din carton	<u>Lot intern:</u>	138/MP/2023
<u>Producător:</u>	YIWU HUAYI ELECYTONIC CO., LTD, China	<u>Cantitatea depozitată:</u>	5000 bucăți
<u>Furnizor:</u>	ElaDum Pharma SRL	<u>Data fabricației:</u>	-
<u>Analizat conform:</u>	Specificația producătorului	<u>Termen valabilitate:</u>	-
<u>Elaborat în baza:</u>	-	<u>Prelevat pentru analiză:</u>	3 bucăți

Rezultatele analizelor:


Indici de calitate	Condiții de admisibilitate	Rezultate
Descriere	Lanternă cu suprafața curată fără bule și crăpături	Corespunde
Numărul de led-uri	1	Corespunde
Înălțimea, cm	8,36-9,24	8,55
Lățimea, cm	2,38-2,62	2,44
Controlul funcționării	La apăsarea butonului toate led-urile funcționează.	Corespunde

Concluzie:

Eșantionul Lanternă lot intern 138/MP/2023 corespunde cerințelor înaintate de Specificația producătorului conform indicilor analizați.

Șef Departament Controlul Calității

Data: 20.10.2023



Ceacîru Cristina

CERTIFICAT DE CALITATE
№ 2330 din 20.10.2023

MATERIAL DE AMBALARE

<u>Denumire material:</u>	Husă pentru trusă medicală	<u>Serie:</u>	-
<u>Ambalare:</u>	Câte 200 de bucăți în cutie de carton	<u>Lot intern:</u>	317/MA/2023
<u>Producător:</u>	QUANZHOU LUYADA BAGS CO., LTD	<u>Cantitatea depozitată:</u>	5000 buc.
<u>Furnizor:</u>	ElaDum Pharma SRL	<u>Data fabricației:</u>	-
<u>Analizat conform:</u>	Specificația producătorului	<u>Termen valabilitate:</u>	-
<u>Elaborat în baza:</u>	-	<u>Cantitate prelevată:</u>	5 bucăți


Rezultatele analizelor:

Indici de calitate	Condiții de admisibilitate	Rezultate
Descriere	Husă din țesut sintetic de culoare neagră, dotată cu fermoar pentru deschidere / închidere, cu printul insignei companiei de culoare albastră	Corespunde
Dimensiuni, mm		
- Lungime	-	24,6
- Lățime	-	5,1
- Înălțimea	-	15,0
Controlul funcționării fermoarului	Fermoarul se deschide ușor, fără să se blocheze	Corespunde
Marca, denumirea producătorului, adresa	Conform PO-CC-008	Corespunde

Concluzie:

Eșantionul Husă pentru trusă medicală lot intern 317/MA/2023 corespunde cerințelor înaintate de Specificația producătorului conform indicilor analizați.

Șef Departament Controlul Calității
Data: 20.10.2023



Ceacîru Cristina