

# ГИГРОМЕТРЫ ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЕ ВИТ

ТУ 3 УКРАИНЫ 14307481.001-92

## ИНДИКАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ИВТ, ПБУ

ЧЕРТЕЖ АКГ 2.844.005

Используются для измерения относительной влажности воздуха и температуры.




Гигрометры ВИТ-1 и ВИТ-2 имеют межповерочный интервал 1 год.

Термометрическая жидкость: толуол

| Тип   | Диапазон измерения температуры сухого термометра, °С | Цена деления шкалы, °С | Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур |                 | Габаритные размеры, мм |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|       |                                                      |                        | Влажность, %                                                           | Температура, °С |                        |
| ВИТ-1 | 0...+25                                              | 0,2                    | от 20 до 90                                                            | +5...+25        | 290x120x50             |
| ВИТ-2 | +15...+40                                            |                        | от 54 до 90                                                            | +20...+23       |                        |
|       |                                                      |                        | от 40 до 90                                                            | +23...+26       |                        |
|       |                                                      |                        | от 20 до 90                                                            | +26...+40       |                        |
| ИВТ   | +20...+70                                            | 0,5                    | от 24 до 90                                                            | +20...+70       |                        |
| ПБУ   | 0...+45                                              |                        | от 40 до 80                                                            | 0...+45         |                        |

Индикаторы ИВТ и психрометры ПБУ не подлежат поверке.


Пример обозначения: ВИТ-1 (0+25°C) Индикатор ИВТ (+20+70 °C)



ВИТ-1



ВИТ-2



ПБУ



ИВТ