

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termen de livrare a bunurilor
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	33100000-1	Lot 1. Dializator suprafața 1,5-1,6 m²	Dializator suprafața 1,5-1,6 m²	Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere; Termen garanție ≥ 2 ani; Membrană complet sintetică; Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră; Volumul de umplere ≤ 100 ml; Cerințele specifice: ureea ≥ 182; creatinina ≥ 168; fosfați ≥ 130; vitamina B-12 ≥ 67.	Cerințe generale: Certificare Internațională CE; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da; Termen garanție -3 ani; Sterilizare γ Membrană complet sintetică (Polyethersulphone); Coeficientul de UF - 21 ml/oră; Volumul de umplere - 86 ml Cerințele specifice: ureea - 191; creatinina - 186; fosfați - 165; vitamina B-12 – 125	buc	600	119	142,80	71400	85680	În decurs 10 zile la solicitare pe parcursul anului 2020.
2	33100000-1	Lot 2. Linii (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi	Linii (magistrale) de sânge, arteră/venă, set maturi	Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție ≥ 2 ani; Livrare în set (arteră/venă) + ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic; Cameră de captare activă a aerului arterial; Cameră de captare activă a aerului venos; Clame montate integral în segment arterial/ venos; Segment conectare/ monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare; Linie pentru heparinizare automată; Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare; Cerințele specifice: Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm ± 5 mm.; Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm; Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm; Volumul de umplere la magistrale maturi ≤ 161 ml; Lungimea totală a magistralei arteriale ≥ 3500 mm; Lungimea totală a magistralei venoase ≥ 2700 mm.	Cerințe generale: Certificare Internațională CE Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Termen garanție - 3 ani; Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da; Cameră de captare activă a aerului arterial Da; Cameră de captare activă a aerului venos Da; Clame montate integral în segment arterial/venos Da; Segment conectare/ monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da; Linie pentru heparinizare automată Da; Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice: Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm; Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm; Diametrul camerei de captare a singelui venos 22 mm; Volumul de umplere la magistrale maturi - 161 ml; Lungimea totală a magistralei arteriale - 3750 mm; Lungimea totală a magistralei venoase - 2700 mm.	buc	300	45	54	13500	16200	
3	33100000-1	Lot 3. Ace pentru puncții, artera (fistuline) – 16G	Ace pentru puncții, artera (fistuline) – 16G	Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție ≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă; Cerințele specifice: Vor conține un orificiu lateral (arterial); Vor conține clame integrate; Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 °; Vor avea următorii parametri: diametrul acului -1,6 mm; lungimea acului -25 mm; lungimea tubului - 150 mm.	Cerințe generale: Certificare internaționala (CE sau FDA sau EMEA) Da; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da; Termen de garanție ≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/vena; Cerințe specifice: Vor conține un orificiu lateral (arterial); Vor conține clame integrate; Vor conține „fluturasi” pentru fixare cu rotație la 360 °; Vor avea următorii parametri: Diametrul acului 1,6 mm; Lungimea acului 25 mm; Lungimea tubului 300 mm	buc	300	2,8	3,36	840	1008	
4	33100000-1	Lot 4. Ace de puncții, vena (fistuline) – 16 G	Ace de puncții, vena (fistuline) – 16 G	Cerințe generale: Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA); Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare; Termen garanție ≥ 3 ani; Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă; Cerințele specifice: Vor conține clame integrate; Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 °; Vor avea următorii parametri: diametrul acului 1,6 mm; lungimea acului -25 mm; lungimea tubului - 150 mm.	Cerințe generale: Certificare internaționala (CE sau FDA sau EMEA) Da; Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da; Termen de garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/vena Da; Cerințe specifice: Vor conține clame integrate; Vor conține „fluturasi” pentru fixare cu rotație la 360 °; Vor avea următorii parametri: Diametrul acului 1,6 mm; Lungimea acului 25 mm; Lungimea tubului 300 mm	buc	200	2,8	3,36	560	672	
TOTAL										86300	103560	