

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1595228541026 din 27 iul 2020								
Denumirea procedurii de achiziție: Produsele diagnostice, reactivile chimice și consumabilelor medicale, consumabile de laborator, suplimentar, repetat								
Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 1						
33600000-6		Indicator chimic, tip IV				Certificare: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale. Destinație: pentru controlul sterilizării cu aburi. Proprietăți: a) chimic; b) de unică folosință; c) din hârtie cu strat termoincandescent; d) adeziv; e) T°de topire 118° ±2, 0,7 - 0,9 atmosfere. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) cu prezența notificării “DE UZ UNIC”.		CE, ISO
		Total lot 1						

		Lotul 2						
33600000-6		Rulouri cu bandă continuă autocolantă	Rulouri cu bandă continuă autocolantă	R. Moldova	Mitra Grup SRL	Destinația: pentru marcarea produselor sanguine validate; Proprietăți: compatibil cu imprimanta cod/bare „Brother P-touch, QL – 650TD”; termorezistente la temperatură joasă: temperatura de la minus 25°C minus 80°C și decongelare rapidă la temperatura de până la plus 37°C; Ușor decupabile; Dimensiuni: lățimea bandei - 62 mm, lungimea - 24 metri. - confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerințele CE sau normelor naționale din țara producătorului; - certificat de origine pentru produs; - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat; prezentarea 1 (unu) rulou pentru testarea tehnică, acesta fiind însoțit de certificate de calitate.	Destinația: pentru marcarea produselor sanguine validate; Proprietăți: compatibil cu imprimanta cod/bare „Brother P-touch, QL – 650TD”; termorezistente la temperatură joasă: temperatura de la minus 25°C minus 80°C și decongelare rapidă la temperatura de până la plus 37°C; Ușor decupabile; Dimensiuni: lățimea bandei - 62 mm, lungimea - 24 metri. - confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerințele CE sau normelor naționale din țara producătorului; - certificat de origine pentru produs; - prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat; prezentarea 1 (unu) rulou pentru testarea tehnică, acesta fiind însoțit de certificate de calitate.	CE, ISO

		Total lot 2					
		TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Donea În calitate de: manager

Ofertantul: Distrimed SRL Traian 14/4 of.27 Adresa: _____