

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21626469 din 18.06.2026****Obiectul de achiziție: Muștucuri și express teste 2026 (Repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Muștucuri	REF. 6811065	Germania	Dräger Safety AG Co KGaA	Muștucuri igienice-getabile cu supapă, ambalat în țipla individuala, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810” producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii nu mai puțin de 18 luni. Grafic de livrare la comandă - 10-30 zile.	Muștucuri igienice-getabile cu supapă, ambalat în țipla individuala, compatibilă cu analizatorul „Alcotest 6810” producător Dreager Safety AG&kGA, Germania. Termen de valabilitate a mărfii 36 luni. Grafic de livrare la comandă - 2-3 zile.	ISO
<b>Total lot 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Marenici Nicolai în calitate de: DIRECTOR FINANCIAR

Ofertantul: **MEDEXIM SRL** Adresa: **Chișinău, str.Academiei 3/3**

