

F 4.1					LP N 21090283	
Nr. Lot	Denumire Lot				24,03,2023	Standarte de referinta
		Modelul	Tara de origine	Prodicator	Denumirea propusa	
3	Filtre antibacterial antiviral cu return h	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. rezistenta fluxului la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O, la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component	CE, Iso
4	Discofix C3 RED robinete	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	1. Stern 2. Cu 3 cai 3. Conectare tip „Luer lock” 4. Se adapteaza intre linia de perfuzie si cateter iv. Pentru a controla extra medicatia in linia venoasa 5. Luer lock rotativ tip female, pentru posibilitatea de conectare la orice dispozitiv Luer-lock 6. Robinet prevazut cu sageti care indica directia de curgere a lichidului	CE, Iso
L 7-8	Masca faciala pentru adulti marimea M , L	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	1. Fara miros 2. Material steril 3. Transparent 4. Material PVC 5. Cu fixator si ajustarea marimii u furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior	CE, Iso
L 9-10	Masca laringiana de generatia 2 marimea 5, 4	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eşantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie	CE, Iso

12	Bugiu pentru intubare	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	epiglotei este dificilă 2. Dimensiunile cateter 15 Fr 3. Lungime cateter minim 70 cm 4. Diametrul interior cateter minim 3.0 mm 5. Cateterul are vârful angulat, cu orificii la capătul distal 6. Cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru 7. Cateterul radioopac 8. Setul va conține 9. Cateter de intubație x1 buc. 10. Canulă rigidă x 1 buc.	CE, Iso
13	Conductor metalic pentru intubatie	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	1. Este folosit pentru facilita intubarea traheală. 2. Va fi confecționat di aluminiu ușor maleabil ceea ce va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. 3. Stiletul va fi căptușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare.	CE, Iso
16	Tub traheostomic cu manjeta	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	CE, Iso
20	Nibulizator	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml	CE, Iso
21	Spirometru cu 3 bile	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala	CE, Iso
23	Pansament steril adeziv	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	realizat dintr-o tesatura moale netesuta cu un pansament pentru plaga acoperit cu strat de contact cu rana microgrida neaderenta Marimea 8,0 Ambalat steril	CE, Iso
L28-29	Masca nebulaizer M, L	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	Masca nebulaizer M, L	CE, Iso
L 30,31,32	Masca pentru anestezie N 3, 4, 5	Mega Star	China	Ningbo Greetmed	Masca pentru anestezie N 3, 4, 5	CE, Iso

Semnat Diana Tutunaru Jurist