




МП ЧЕРНОВИЦКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

58020, Украина, г. Черновцы,
ул. Луговая, 2а
тел./факс (0372)585-130,
585-131, 585-730
e-mail: medvir@utel.net.ua

“ 04 ” 03 2019 г.

СЕРТИФИКАТ № 105
алюминиевого колпачка типа К - 2-20 ТУ У 14257180.003-98



Партия	041			
Кол., тыс.шт. *	300,0			
Кол. ящиков, шт.	30			
Дата изготовл.	28.02-01.03.19			

Заказчик: ООО «ДЕПО-ТРИФАРМ»
г.Кишинев Республика Молдова
Грузополучатель тот же

Технические характеристики

Наименование показателя	Нормативный документ	Требования	Факт.	Заключение
1 Контролируемые параметры в мм: H D D ₁	ТУ У 14257180.003-98	7,5±0,3 20,0 ^{+0,3} _{-0,2} 10,0±0,5	7.4-7,5 20,2 10,5	Соответствует требованиям НД
2 Материал для изготовления: -лента алюминиевая -цвет наружного покрытия	ТУ У 14257180.003-98 ГОСТ 745-2003	марка AlFeSi бесцветный или окрашенный	8011 анодированный	
3 Качество поверхности	ТУ У 14257180.003-98		Удовлетворит.	
4 Гарантийный срок хранения колпачков со дня их изготовления (до укупорки лекарственного средства)	ТУ У 14257180.003-98	3 года	3 года	

Заключение ОТК: Допускается для контакта с лекарственными средствами - заключение санитарных органов № 05.03.02-04/50495 от 20.10.2006.
Декларация о соответствии медицинских изделий № 1 от 10.07.2017.
Качество соответствует требованиям ТУ У 14257180.003-98 изм № 7.
Измерения произведены ОТК МП ЧЗМИ, аттестованным на право проведения измерений – Свидетельство о государственной аттестации № РЮ 037-15 от 23.12.2015.



Зам.президента по производству

Начальник ОТК
Штамп ОТК 1

Н.П.Ходаковский

О.Г.Андрійчук

Печать завода