

Specificații tehnice										
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]								
Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1663335090661 din 02.11.2022								
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)							Lot. 15	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
33100 00-1	15	Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasonete, portabil	Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasonete, portabil	HM70A	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD.	<p>APLICAȚII CLINICE General, cardiac, intracardiac</p> <p>PROBE PORTURI 1</p> <p>PROBE TIP, MHz Linear să fie acoperit diapazonul 4-12 Mhz</p> <p>Phased/Vector să fie acoperit diapazonul 2,5-8 Mhz</p> <p>Convex să fie acoperit diapazonul 2-6 Mhz</p> <p>ICE, intracardiac Eco 2 - 11 MHz</p> <p>NIVELE DE GRI ≥256</p> <p>GAMA DINAMICĂ ≥250dB</p> <p>PREPROCESARE, Canale digitale ≥120000</p> <p>POSTPROCESARE da</p> <p>Moduri M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfața, DTI, THI, dinamic TCE,)</p> <p>ICE Tip intracardiac</p> <p>Prezența modului interfață pentru sonde ICE da</p> <p>soft pentru vizualizare intracardiacă da</p> <p>Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1 buc.</p> <p>compatibilitate cu sonda intracardiacă de ultrasunete da</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da</p> <p>Diapaz+A4:H9on dinamic selectabil da</p> <p>Focalizare de transmisie ajustabilă da</p> <p>Focalizare de recepție dinamică da</p> <p>Măsurători pe reluarea video da</p> <p>PANZOOM imagine în timp real da</p> <p>imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB</p> <p>Cine da</p> <p>Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor da</p> <p>Securitatea datelor personale da</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da</p> <p>Vascular optional</p> <p>ICE, intracardiac Eco da</p> <p>diferite algoritme și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc.</p> <p>Memorie internă pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB</p> <p>Conectarea la monitor extern da</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud</p> <p>MONITOR minim 15" ecran sensorial</p> <p>DIVIZARE MONITOR da</p> <p>ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da</p> <p>Imprimantă da</p> <p>Cablu ECG da</p> <p>Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac da</p> <p>GARANȚIE minimum 12 luni</p> <p>DESERVIRE minimum 24 de luni în perioada postgaranție</p> <p>Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani</p> <p>TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu</p>	<p>APLICAȚII CLINICE General, cardiac, intracardiac - Da, pag.4, nota 1</p> <p>PROBE PORTURI 1 - Da, 2 porturi - Data sheet pag.3, nota 2</p> <p>PROBE TIP, MHz Linear să fie acoperit diapazonul 4-12 Mhz - Da, 3-16 MHz - Data sheet pag.4, nota 3</p> <p>Phased/Vector să fie acoperit diapazonul 2,5-8 Mhz - Da, 2-8 MHz - Data sheet pag.4, nota 4</p> <p>Convex să fie acoperit diapazonul 2-6 Mhz -Da, 1-7 MHz - Data sheet pag.4, nota 5</p> <p>ICE, intracardiac Eco 2 - 11 MHz - Da, 3-16 MHz - Data sheet pag.4, nota 3</p> <p>NIVELE DE GRI ≥256 – Da, 256 nivele gri - Data sheet pag.7, nota 6</p> <p>GAMA DINAMICĂ ≥250dB – 200dB - Data sheet pag.6, nota 7</p> <p>PREPROCESARE, Canale digitale ≥120000 - Da, 688128 canale – Da, Data sheet pag.6, nota 8 Data sheet pag.6, nota 9</p> <p>POSTPROCESARE –Moduri M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfața, DTI, THI, , dinamic TCE,) - Mod M - Data sheet pag.4, nota 10, 2D - Data sheet pag.4, nota 11, Doppler color - Data sheet pag.4, nota 12, 2D - Data sheet pag.4, nota 11, Mod M - Data sheet pag.4, nota 10, TEE - Data sheet pag.4, nota 13, Auto EF - Manual pag.3-149, nota 14, TDI - Data sheet pag.4, nota 15, TDW - Data sheet pag.4, nota 16</p> <p>ICE Tip intracardiac – Da, Data sheet pag.5, nota 17</p> <p>Prezența modului interfață pentru sonde ICE – Da, 3-16 MHz - Data sheet pag.4, nota 3</p> <p>soft pentru vizualizare intracardiacă – Da, Masuratori cardiace - Data sheet pag.5, nota 17</p> <p>Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1 buc. – Da, CW Function - Data sheet pag.5, nota 18</p> <p>compatibilitate cu sonda intracardiacă de ultrasunete – Da, 2-8 MHz - Data sheet pag.4, nota 4</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale – Da, Data sheet pag.10, nota 19</p> <p>Diapazon dinamic selectabil – Da, 200dB - Data sheet pag.6, nota 7</p> <p>Focalizare de transmisie ajustabilă – Da, Data sheet pag.7, nota 20</p> <p>Focalizare de recepție dinamică – Da, Data sheet pag.6, nota 21</p> <p>Măsurători pe reluarea video – Da, Data sheet pag.7, nota 22</p> <p>PANZOOM imagine în timp real - Zoom – Da, Data sheet pag.6, nota 23</p> <p>imagine înghețată - Manual pag.7-49, nota 24</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate ≥250GB - 128 GB - Data sheet pag.3, nota 25</p> <p>Cine – Da, Data sheet pag.7, nota 26</p> <p>Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor – Da, Data sheet pag.7, nota 27</p> <p>Securitatea datelor personale - Sonoview – Da, Data sheet pag.5, nota 28</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac - Masuratori cardiace - Data sheet pag.5, nota 17</p> <p>Vascular optional – Da, Data sheet pag.4, nota 29</p> <p>ICE, intracardiac Eco – Da</p> <p>diferite algoritme și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc. – Da, Data sheet pag.7, nota 30</p> <p>Memorie internă pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB - HDD: 128 GB - Data sheet pag.3, nota 25</p> <p>Conectarea la monitor extern – Da, Data sheet pag.1, nota 31</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud - Cloud server - Manual pag.3-59, nota 32</p> <p>MONITOR minim 15" ecran sensorial – Da, 15" Data sheet pag.3, nota 33</p> <p>DIVIZARE MONITOR da</p> <p>ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie – Da, Carucior - Data sheet pag.3, nota 34, 3 porturi - Data sheet pag.3, nota 35, Baterie - Data sheet pag.3, nota 36</p> <p>Imprimantă – Da, Data sheet pag.3, nota 37;</p> <p>Cablu ECG – Da, ECG - Data sheet pag.1, nota 38 ;</p> <p>Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac – Da, Data sheet pag.4, nota 4;</p> <p>TRANING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI - Certificat de instruire;</p>	DOC, MDR	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4