

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Agencia Națională pentru Sănătate Publică

Numărul licitației: 21058659	Data: 01.08.2022
Denumirea licitației: <i>Procurarea utilajului medical</i>	

Cod CPV	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 14. Pipetă automată monocanal volum reglabil:(100-1000μl)	☆ Mechanical Autoclavable Pipette - MicroPette Plus	CHINA	DLAB	Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 mkl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare - compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română	Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 mkl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare -compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română Cu certificat de etalonare. Modelul articolului poate fi vazut pe http://www.dlabsci.com/english/cplb/Liquid_Handling/Mechanical_Pipette/2017/1225/92.html	 ISO, CE

Semnat: _____ **Nume:** Varman Irina **În calitate de:** Director _____

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6 _____