

		Specificații tehnice (F4.1)			
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]		
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1629372471464		Data: „01” octombrie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2022		Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	6	7	8
33100 00-1	1	Mosaic P 20 E1 Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară – medie (surditate fr. moderată)	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Ieșirea maximal: 128 dB și mai mult Câștigul maximal: 58 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db. NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional” ; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult; Accesoriiile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (după datele audiogramelor). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator.	Lansat - Anul 2018; Experiența clinică: mai mult de 1 an; Ieșirea maximală - 139 dB; Câștigul maximal - 81 dB; Nivel zgomot - 14 dB; Diapazon frecvențial - 170 - 6500 Hz; Distorsiuni armonice ≈ 4%; Număr de canale numerice - 16 canale Reglaj computerizat; Bobină telefonică; Noise Management; Feedback Preventer; Wireless Sync; Volume and control coupling; Bandwidth Compression; Voice Ranger; Nanocoated housing; SecureTec protection IP67; Posibilitate de conectare la sistem FM; Accesoriiile unui set conform Invit. la licitație; Reglarea protezei gratuită fiecare 3 luni; 24 luni garanție; Centru autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil în Chișinău și Bălți	IEC 118-0

33100 00-1	2	Mosaic P 20 E1 Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie – majoră (surditate severă)	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivelul de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Reglajul protezei obligatoriu: Pe perioada garanției -reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Lansat - Anul 2018; Experiența clinică: mai mult de 1 an; Ieșirea maximală - 139 dB; Câștigul maximal - 81 dB; Nivel zgomot - 14 dB; Diapazon frecvențial - 170 - 6500 Hz; Distorsiuni armonice $\approx 4\%$; Număr de canale numerice - 16 canale Reglaj computerizat; Bobină telefonică; Noise Management; Feedback Preventer; Wireless Sync; Volume and control coupling; Bandwidth Compression; Voice Ranger; Nanocoated housing; SecureTec protection IP67; Posibilitate de conectare la sistem FM; Accesoriile unui set conform Invit. la licitație; Reglarea protezei gratuită fiecare 3 luni; 24 luni garanție; Centru autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil în Chișinău și Bălți	IEC 118-0
33100 00-1	3	Mosaic P 20 E1 Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară – medie (surditate ușoară/ moderată)	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximală: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Lansat - Anul 2018; Experiența clinică: mai mult de 1 an; Ieșirea maximală - 139 dB; Câștigul maximal - 81 dB; Nivel zgomot - 14 dB; Diapazon frecvențial - 170 - 6500 Hz; Distorsiuni armonice $\approx 4\%$; Număr de canale numerice - 16 canale Reglaj computerizat; Bobină telefonică; Noise Management; Feedback Preventer; Wireless Sync; Volume and control coupling; Bandwidth Compression; Voice Ranger; Nanocoated housing; SecureTec protection IP67; Posibilitate de conectare la sistem FM; Accesoriile unui set conform Invit. la licitație; Reglarea protezei gratuită fiecare 3 luni; 24 luni garanție; Centru autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil în Chișinău și Bălți	IEC 118-0

33100 00-1	4	Mosaic P 20 E1 Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie –majoră (surditate severă)	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Lansat - Anul 2018; Experiența clinica: mai mult de 1 an; Ieșirea maximală - 139 dB; Câștigul maximal - 81 dB; Nivel zgomot - 14 dB; Diapazon frecvențial - 170 - 6500 Hz; Distorsiuni armonice $\approx 4\%$; Număr de canale numerice - 16 canale Reglaj computerizat; Bobină telefonică; Noise Management; Feedback Preventer; Wireless Sync; Volume and control coupling; Bandwidth Compression; Voice Ranger; Nanocoated housing; SecureTec protection IP67; Posibilitate de conectare la sistem FM; Accesoriile unui set conform Invit. la licitație; Reglarea protezei gratuită fiecare 3 luni; 24 luni garanție; Centru autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil în Chișinău și Bălți	IEC 118-0
33100 00-1	5	Mosaic P 20 8C Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă)	Durata lansarii pe piața mondiala (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinica a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 81 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 23 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioara a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonare binaural - obligator. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individual „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezenta în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator.	Lansat - Anul februarie 2020; Experiența clinica: mai mult de 1 an; Ieșirea maximală - 141 dB; Câștigul maximal - 81 dB; Nivel zgomot - 17 dB; Diapazon frecvențial - 120 - 5900 Hz; Distorsiuni armonice $\approx 3,3\%$; Număr de canale numerice - 16 canale; Reglaj computerizat; Bobină telefonică; Noise Management; Feedback Preventer; Wireless Sync; Volume and control coupling; Bandwidth Compression; Voice Ranger; Nanocoated housing; SecureTec protection IP67; Posibilitate de conectare la sistem FM; Conectare Bluetooth; Accesoriile unui set conform Invit. la licitație; Reglarea protezei gratuită fiecare 3 luni; 24 luni garanție; Centru autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil în Chișinău și Bălți	IEC 118-0
Semnat: Numele, Prenumele: Chirtoacă Ludmila, în calitate de Administrator Ofertantul: “AcustMED” SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49					