
4.1.2 Cerințe privind cablul de alimentare

MĂSURĂ DE PRECAUȚIE: Dacă este necesar, unitatea poate fi izolată de rețeaua de alimentare prin deconectarea cablului de alimentare de la modulul de alimentare electrică.

Specificații privind cablul de alimentare în America de Nord:	Certificat UL și CSA. Fișă-tată: NEMA 5-15P tip spital cu punct verde, 15 A/ 125 V Cablul: tip UL SJT, conductor 18AWG X 3, codificare culori negru, alb, verde. Lungimea cablului: 10 ft. max. Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10A/125V
Specificații internaționale privind cablul de rețea:	Fișă-tată certificată la nivel de țară/regiune: 10A/250V Cablul: H05VV-F3G1.0 sau echivalent recunoscut la nivel de țară/regiune, conductor 1mm 2 X 3, codificare culori bandă maro, bleu, verde/ galben sau cerință la nivel de țară/regiune. Lungimea cablului: 3.6 m max. Fișă-mamă: IEC320/C13 EN60320, 10 A/250 V

4.1.3 Specificațiile tehnice ale capului camerei

Lungimea cablului:	3 m
Greutatea:	205 g fără cablu

4.2 Cerințe privind mediul

4.2.1 Specificații tehnice privind mediul

Condiții de mediu	În funcționare	Depozitare și transport
Temperatura:	0°C - 40°C	-20°C - 60°C
Umiditatea relativă:	Umiditate relativă 30% - 90%, Fără condens	Umiditate relativă 10% - 90%, Fără condens
Presiunea atmosferică:	700 hPa - 1060 hPa	700 hPa - 1060 hPa