

## SPECIFICATIE TEHNICA COMPLETATA

Holter ECG: medilogAR Holter Recorder

Holter TA(TANI-Tensiunea Arteriala Ne-Invaziva: BR-102 plus

Softul de analiza salvare a datelor: medilog DARWIN2

Producator: SCHILLER, Tara: Elvetia

**Specificatiile sint comune din motiv ca este necesar sa fie un singur calculator pentru ambele loturi.**

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către autoritatea ofertantă
<p><b>Holter EKG</b></p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE:</p> <p>Număr de canale – 12</p> <p>Durata înregistrării – 1- 4 zile</p> <p>Cablu pacient – 10 fire.</p> <p>Transfer date - USB, SD card, BT</p> <p>Rezoluția ecranului LCD - 128 × 64 px</p> <p>Stocare date- ≥ 2 GB</p> <p>Baterii alcaline</p> <p>Anul de producere pentru toate elementele 2023.</p> <p>Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p> <p>Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	<p><b>Holter EKG –DA medilogAR Holter Recorder</b></p> <p>SPECIFICAȚII TEHNICE:</p> <p>Număr de canale – <b>3 DA pag. 2 din EN_medilogAR_PP_HQ. pdf</b></p> <p>Durata înregistrării – <b>pînă la 7 zile DA pag. 2 din EN_medilogAR_PP_HQ. pdf</b></p> <p>Cablu pacient – <b>5 fire. DA pag. 3 din EN_medilogAR_PP_HQ. pdf</b></p> <p>Transfer date – <b>DA USB, BT pag. 3 din EN_medilogAR_PP_HQ. pdf si pag. 7 din EN_medilog_Holter-system_PP_LQ</b></p> <p>Rezoluția ecranului LCD - <b>128 × 64 px DA LED pag. 54 din medilogAR Instruction for USE</b></p> <p>Stocare date - <b>2 GB DA pag. 15 din medilogAR Instruction for USE</b></p> <p>Baterii alcaline <b>DA tip AAA din DA pag. 2 din EN_medilogAR_PP_HQ. pdf</b></p> <p>Anul de producere pentru toate elementele 2023. <b>DA</b></p> <p><b>DA</b> Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).</p> <p><b>DA</b> Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (<b>DA</b> 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p><b>DA</b> Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p> <p><b>DA</b> Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>

<p><b>HOLTER TA</b> Timpul de monitorizare a presiunii arteriale 24 de ore.</p> <p>Metodă de monitorizare oscilometrică, dezumflare treptată.</p> <p>Capacitate memorie <math>\geq 600</math> înregistrări.</p> <p>Acuratețe <math>\pm 3</math> mm Hg sau 2% din valoarea măsurată.</p> <p>Manșon pentru adulți și adulți supraponderali.</p> <p>Transfer date către PC prin cablu optic cu conectare USB</p> <p>Baterii (Acumulatori sau alcaline)</p> <p>Anul de producere pentru toate elementele 2023.</p> <p>Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).</p> <p>Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p> <p>Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>	<p><b>HOLTER TA - BR-102 plus</b> Timpul de monitorizare a presiunii arteriale <b>24 de ore – 48 ore DA pag. 13 din BR-102 PLUS / BR-102 PLUS PWA User Guide</b></p> <p>Metodă de monitorizare oscilometrică, dezumflare treptată. <b>DA pag. 7 din BR-102 PLUS / BR-102 PLUS PWA User Guide</b></p> <p>Capacitate memorie <b>DA 600</b> înregistrări, în cazul în care se excludele <b>30 de secunde de înregistrare audio. sau 400 de masuratori cu 30 secunde de înregistrare video.</b></p> <p><b>Se va adauga inca un SD card pentru a s einregistra un volum mai mare de 600 de inregistrari si cu inregistrare audio. Pag 59 din BR-102 PLUS / BR-102 PLUS PWA User Guide</b></p> <p>Acuratețe <math>\pm 3</math> mm Hg din valoarea măsurată. <b>DA pentru mauratorile de tensiune arterială.</b></p> <p><b>Iar pentru restul parametrilor este indicat valorile de acuratețe. pag. 59 din BR-102 PLUS / BR-102 PLUS PWA User Guide</b></p> <p>Manșon pentru adulți și adulți supraponderali. <b>DA inclus</b></p> <p>Transfer date către PC prin cablu optic cu conectare USB <b>DA pag. 59 din BR-102 PLUS / BR-102 PLUS PWA User Guide</b></p> <p>Baterii (Acumulatori) <b>DA pag. 59 din BR-102 PLUS / BR-102 PLUS PWA User Guide</b></p> <p>Anul de producere pentru toate elementele 2023. <b>DA</b></p> <p>Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare). <b>DA</b></p> <p><b>DA</b> Documente: proces-verbal de predare-primire, process-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (<b>DA 24 luni</b>), certificat de calitate și conformitate valabil (CE), fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.</p> <p><b>DA</b> Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare.</p> <p><b>DA</b> Data livrării nu mai târziu de 15.12.2023.</p>
---	--

## Configurație calculator:

Procesor INTEL Core i3-12100F Box, LGA 1700, 3.3-4.3GHz, 12MB, 10nm, No Integrated Graphics, 58W, 4 Cores (4P+0E)/8 Threads

Cooler universal DEEPCOOL "GAMMAXX 400 V2 RED", Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155 & AM5/AM4, up to TDP 180W, 120x120x25mm, PWM Fan with RED LED, 500~1650rpm

Placa de baza GIGABYTE MB S1700 Gigabyte H610M H V2 DDR4 mATX, LGA 1700

RAM TRANSCEND PC25600, DDR4 4GB 3200MHz, CL22, 1.2V

HDD WD Blue Desktop (WD10EZEX), 3.5 1.0TB, 64MB 7200rpm

SSD APACER AS2280P4X, M.2 NVMe 512GB, 3D TLC

Carcasa fara PSU 2E BASIS RD850, Black, mATX, 1xUSB3.0, 2xUSB2.0, 1x120mm ARGB fan, Acrylic Side Panel

Sursa de alimentare PC GAMEMAX GP-550, 550W

Monitor PHILIPS 241V8L, 23.8 1920x1080, VA VGA HDMI

Kit (tastatura+mouse) HP 150 Wired

Sistem de operare MICROSOFT Windows 11 Pro 64Bit Russian 1pk DSP OEI DVD

Imprimanta laser CANON LBP-6030B, A4, USB

În configurație este inclus și printerul.