

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1703670882486](#) din 15.01.2024

Obiectul achiziției: **Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a dispozitivelor medicale pentru pentru 2024**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
servicii						
Lotul 3 Secția igienă și epidemiologic. Laboratorul bacteriologic și igienic	Aparataj și utilaj de laborator conform Caietului de sarcini și Listei dispozitivelor medicale – 31 buc.	---	---	1)Mentenanță corectivă și preventivă 2) Verificarea integrității legăturii electrice de împământare. 3 Verificarea condiției fizice a cablului de alimentare și priza. . 4) Verificarea integrității mecanice a întrerupătoarelor, butoanelor și display. 5) Curățarea și verificarea dispozitivul pentru semne de deteriorare. 6) Curățarea integrală în interiorul și exteriorul unității folosind aspiratorul. 7) Controlul dispozitivelor pentru semne de deteriorare fizică sau electrică. 8) Verificarea condiției fizice a electrozilor, senzorilor, sondelor și alte interconectări la pacient. 9) Fiecare dispozitiv se verifică, se curăță și se ajustează conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare.	Conform documentației tehnice	Conform documentației tehnice și normativelor în vigoare

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Guci Ruslan În calitate de: director

Ofertantul: Repelcom S.R.L.

Adresa: m. Chişinău str. V.Lupu 6 of. 52

