

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1612964465804	Data: 15 febr 2021, 17:00 - 20 febr 2021, 15:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Mentenanța dispozitivelor medicale conform necesităților pentru anul 2021	Lot: 5,6,7	Pagina: 1 din 1

Nr. LOT /poziție	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		2	3	4	5	6	7	8
5	50421000-4	Sistem radiologic (Mentenanță corectivă)	-	-	-	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 3 Model:EDR 750B	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 3 Model:EDR 750B	-
6	50421000-4	Ventilator de terapie intensiva, adult/nou nascut (Mentenanță corectivă)	-	-	-	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 1 Model:Avea Standard	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni: —Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 1 Model:Avea Standard	-
7	50421000-4	Ventilator de terapie intensiva, adult/nou	-	-	-	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni:	—Lucrările de mentenanță corectivă se vor efectua numai la solicitarea Beneficiarului și va include următoarele operațiuni:	-

		nascut (Mentenanță corectivă)			—Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 1 Model:Avea Standard	—Inspecția vizuală a dispozitivului privind integritatea acestuia; —Curățarea părților de lucru; —Dezinfectarea și curățarea părților funcționale; —Diagnosticarea defecțiunilor tehnice și software; —Efectuarea inspecțiilor conform manualului de servis; —Înlocuirea la necesitate a pieselor și consumabilelor; —Înlăturarea tuturor defectelor tehnice cît și cele de program; —Calibrarea dispozitivului; —Predarea actelor de efectuare a lucrărilor și punere în funcțiune a dispozitivului; —Training pentru utilizatori, la necesitate. Numărul de servicii unitare pe an: 1 Model:Avea Standard	
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**