

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

COP 21025336				Data:01-06.07.20		Alternativa nr. NU	
Denumirea-Micropipete automate				Lot		Pagina 1 din 2	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Staiîdar-de de referință
LOT 1	MICROPIPETE AUTOMATE						
1.1.	Micropipetă automată cu volum variabil 100 - 1000 µl	Dozator automat 1-100-1000 mkl, black, 4642092	Rusia	Thermofisher	vezi AP	Parametrii tehnici al dispozitivului: ☐ 1 canal; ☐ volum ajustabil; ☐ complet autoclavabil; ☐ materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV; ☐ materialul pistonului rezistent la coroziune; ☐ buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; ☐ ecran pentru indicația volumului; ☐ forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; ☐ cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde; ☐ descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului; ☐ ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; ☐ dispozitivul va fi calibrat; ☐ certificat de etalonare și certificat metrologic; ☐ manual de utilizare; ☐ acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %; ☐ acuratețea maximă nu mai mare 1,0 %; ☐ pas maximal 1 µl.	ISO
1.2.	Micropipetă automată cu volum variabil 20 - 200 µl	Dozator automat 1-20-200 mkl, black, 4642082	Rusia	Thermofisher	vezi AP	Parametrii tehnici al dispozitivului: ☐ 1 canal; ☐ volum ajustabil; ☐ complet autoclavabil; ☐ materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV; ☐ materialul pistonului rezistent la coroziune; ☐ buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; ☐ ecran pentru indicația volumului; ☐ forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; ☐ cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde; ☐ descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului; ☐ ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; ☐ dispozitivul va fi calibrat; ☐ certificat de etalonare și certificat metrologic; ☐ manual de utilizare; ☐ acuratețea minimă nu mai mare 0,6 %; ☐ acuratețea maximă nu mai mare 1,8 %; ☐ pas maximal 0,2 µl.	ISO

1.3.	Micropipetă automată cu volum variabil 10 - 100 µl	Dozator automat 1- 10-100 mkl black/4642072	Rusia	Thermofisher	vezi AP	Parametrii tehnici al dispozitivului: ☐ 1 canal; ☐ volum ajustabil; ☐ complet autoclavabil; ☐ materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV; ☐ materialul pistonului rezistent la coroziune; ☐ buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; ☐ ecran pentru indicația volumului; ☐ forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; ☐ cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde; ☐ descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului; ☐ ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; ☐ dispozitivul va fi calibrat; ☐ certificat de etalonare și certificat metrologic; ☐ manual de utilizare; ☐ acuratețea minimă nu mai mare 0,8 %; ☐ acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %; ☐ pas maximal 0,2 µl.	ISO
1.4.	Micropipetă automată cu volum variabil 0,5 - 10 µl	Dozator automat 1- 0.5-10 mkl, 4500012	Rusia	Thermofisher	vezi AP	Parametrii tehnici al dispozitivului: ☐ 1 canal; ☐ volum ajustabil; ☐ complet autoclavabil; ☐ materialul mânerului durabil și rezistent la radiații UV; ☐ materialul pistonului rezistent la coroziune; ☐ buton de funcționare cu 2 componente care previne eroarea accidentală a volumului setat; ☐ ecran pentru indicația volumului; ☐ forma dispozitivului ergonomic pentru utilizator; ☐ cu con universal compatibil cu majoritatea vârfurilor standarde; ☐ descărcarea vârfurilor prin apăsarea butonului; ☐ ușor de dezasamblat pentru întreținere și calibrare; ☐ dispozitivul va fi calibrat; ☐ certificat de etalonare și certificat metrologic; ☐ manual de utilizare; ☐ acuratețea minimă nu mai mare 1 %; ☐ acuratețea maximă nu mai mare 2,5 %; ☐ pas maximal 0,1 µl.	ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General
Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607