

Numărul licitației: 21286775/ ocds-b3wdp1-MD-1727866665251 din 02.10.2024

Denumirea licitației: Piese p/ u utilaj medical - 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
8.Electrocuagulator (ARC-250/350, Bowa)	Product number: 101-140	GERMANIA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	8.1. Cablu bipolar pentru pencetă: 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	8.1 Cablu bipolar pentru pencetă: 4.5m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	DM000569031
8.Electrocuagulator (ARC-250/350, Bowa)	Product number: 280-035	GERMANIA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	8.2. Cablu pentru electrod cîrlig: 3m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	8.2.Cablu pentru electrod cîrlig: 4.5m, compatibil cu instrumentele laparoscopice, autoclavabil	DM000569084
8.Electrocuagulator (ARC-250/350, Bowa)	Product number: 242-003	GERMANIA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	8.3. Electrod neutru: Electrod neutru din silicon reutilizabil, autoclavabil	8.3. Electrod neutru:Electrod neutru din silicon reutilizabil, autoclavabil	DM000569049
8.Electrocuagulator (ARC-250/350, Bowa)	Product number: 385-050	GERMANIA	BOWA-electronic GmbH & Co. KG	8.4. Cablu pentru electrod neutru: 3m, compatibil cu electrodul neutru, autoclavabil	8.4. Cablu pentru electrod neutru: 4.5m, compatibil cu electrodul neutru, autoclavabil	DM000569090
22.Ventilator Hamilton C6	MSP160870	ELVEȚIA	HAMILTON MEDICAL	22.1. Ansamblu sensorilor de presiune:	22.1. Ansamblu sensorilor de presiune	CE,Declarație de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi; În calitate de: Director General;

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2