

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1630500628448				Data: „10” septembrie 2021		Alternativa nr.: nu	
Denumirea licitației:		Echipamente medicale IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie				Lot: 1		Pagina: _1_ din _1_	
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Analizator biochimic (ФЭК- colorimetru)	Urit-	China	Urit	- Analizor biochimic compact semi-automat; - furnizarea manuală a probelor; - sistem deschis pentru orice metode și reactivi; - componente determinate: enzime, substraturi, lipide, electroliți, imunoturbidimetrie standard și latex a proteinelor serice; - productivitate - 1 eșantion în 3 s; - termostat încorporat pentru 12 găuri - 37 ° C ± 0,3 ° C; - roată automată a filtrelor de lumină - 340, 405, 450, 505, 545, 600 nm; - sursă de lumină - lampă cu halogen cu filament de tungsten; - gama densităților optice, A - 0,00-2,50; - cinetica cu construcția unui grafic al reacției; - volumul minim / maxim al amestecului de reacție, ml - 1/2; - imprimantă termică încorporată - afișare alfanumerică; - memorie nevolatilă pentru 60 de teste, salvarea calibrărilor; - celulă de măsurare pentru eprubete cu fund rotund 12x75 mm.	- Analizor biochimic compact semi-automat; - furnizarea manuală a probelor; - sistem deschis pentru orice metode și reactivi; - componente determinate: enzime, substraturi, lipide, electroliți, imunoturbidimetrie standard și latex a proteinelor serice; - productivitate - 1 eșantion în 3 s; - termostat încorporat pentru 8 găuri - 37 ° C ± 0,3 ° C; - roată automată a filtrelor de lumină - 340, 405, 492, 510, 546, 378, 630, 700 nm; - sursă de lumină - lampă cu halogen cu filament de tungsten; - gama densităților optice, A - 0,00-2,50; - cinetica cu construcția unui grafic al reacției; - volumul minim / maxim al amestecului de reacție, ml - 1/2; - imprimantă termică încorporată - afișare alfanumerică; - memorie nevolatilă pentru 60 de teste, salvarea calibrărilor; - celulă de măsurare pentru eprubete cu fund rotund 12x75 mm.	CE, ISO	

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

