

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1695972461896 din 06.10.2023					
Obiectul achiziției:		Saltele antiescare					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. de înregistrare AMDM
1		2	3	4	5	6	7
1	Saltele antiescare	Moretti Saltea antiescare LAD 462	Italia /China	Moretti S.p.a.	Saltele antiescare cu pompa: • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm • înaltimea celulelor: 7-10 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.32 mm • număr de celule: minim 130 • greutatea maximă suportată: minim 130 kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Timpul unui ciclu: maxim 7 min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului	Saltele antiescare cu pompa: • Dimensiune: 200 x 90 x 7,6 cm • înaltimea celulelor: 7,6 cm • Material: PVC • grosimea: minim 0.70mm • număr de celule: 130 • greutatea maximă suportată: 135kg Pompa: • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Timpul unui ciclu: 6 min • are posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului	DM000378468

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**În calitate de: **Administrator**Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**