

Anexa 22. Specificații tehnice				
		<i>[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]</i>		
Numărul licitației:	LP nr.: ocds-b3wdp1-MD-1775465055224		Data: 06 mai 2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 15)			Pagina: 1 din 4

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
----------------	----------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------	--	--	-------------------------------

33100000-1	10	Magnetoterapie	Magnetoterapie	MAGNETOMED 8400	Italia	EME Srl	<p>Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru S pecificație Ecran dimensiune ≥ 4 inch color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100Hz</p> <p>Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min Alarma finalizare tratament obligatoriu</p>	<p>Magnetoterapie Cod 400150 Descriere Dispozitiv medical care utilizează energia electrică pentru tratamentul osteoporozei, edemului osos, osteonecrozei Parametru S pecificație: Ecran dimensiune ≥ 4 inch, color, touch-screen: DA Canale independente ≥ 4 buc.- DA Tipuri de unde sinusoidal, dreptunghiular: DA Diapazonul frecvenței semnalului diapazon minim 1-100 Hz: - DA Intensitatea maximă a câmpului magnetic pe canal ≥ 100 gauss (10 mT) - DA Timpul de tratament diapazon minim 1-90 min - DA Alarma finalizare</p>	<p>ISO 13485</p> <p>Statut înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale:</p> <p>Nr. înregistrare: DM000661253</p> <p>Ordin de înregistrare: Rg04-000282</p> <p>Din 08-12-2023</p>
------------	----	----------------	----------------	------------------------	---------------	----------------	--	--	--

						<p>Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc.</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii</p> <p>Aplicatori magnetici 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Aplicator magnetic flexibil 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Curele de fixare flexibile 1 set.</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>tratament obligatoriu – DA (pag 13 din User manual)</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratament ≥ 50 buc.- DA</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator obligatoriu - DA</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii:</p> <p>Aplicatori magnetici - 2 buc., codul produsului: ACC615</p> <p>Aplicator magnetic flexibil 1 buc., codul produsului: ACC615</p> <p>Curele de fixare flexibile 1 set., codul produsului: (incluse in kitul echipamentului)</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc., codul produsului: ACSL007</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ **Armasu Sergiu** În calitate de: Administrator

Ofertantul: **SATOS Solutions SRL**, Adresa: mun. Chisinau, str. Sos. Hincesti 55/6, of.16