

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1701441806350	din	20.12.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare (listă suplimentară nr. 36)			

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3 Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie)	Model: Multitronic MT3	Polonia	EIE	Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenti: galvanici, diadinamici, sinusoidali modulați. Ecran LED. Taimer încorporat Control automat al curentului pacientului. Tensiunea rețelei electrice: 220V Frecvența: 50 Hz Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II	Dispozitiv de fizioterapie cu curenți de joasă și medie frecvență (amplipulsterapie) Forme de curenti: galvanici, -pag.8 Diadinamici - pag.10 Sinusoidali modulați - pag.12 Ecran LED. – pag.17 Taimer încorporat – pag.20,23 Control automat al curentului pacientului -pag.23 Tensiunea rețelei electrice: 220V pag 17 Frecvența: 50 Hz - pag.17 Puterea: max 40 VA Clasa de electrosecuritate: II – pag 17	Declaration of conformity
Lotul 10 Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă.	Model: Multitronic MT3	Polonia	EIE	Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. 1. Moduri de terapie: 5 2. Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000100Hz. 3. Frecvența tensiunii de modulare : 10... 150 Hz	Aparat pentru terapie cu curent de frecvență joasă. 1. Moduri de terapie: 5 pag 8 2. Frecvența purtătoarei sinusoidale: 5000100Hz. - pag.55, 3. Frecvența tensiunii de modulare : 10... 150 Hz - pag.62,64	Declaration of conformity

				4. Regimuri discrete de funcționare :0, 25, 50, 75,100%. 5. Alimentare: 220V, 50Hz. 6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi.	4. Regimuri discrete de funcționare : 0, 25, 50, 75,100%. - pag.66, pag.73 5. Alimentare: 220V, 50Hz. pag.17 6. Accesorii: Electrozi pacient: 2 seturi- DA	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul:„ Aelo Grup”SRL
 Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3