

SPECIFICAȚII TEHNICE

Solicitant: IMSP Institutul Oncologic

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1776944312427 / 21610776	din 30 aprilie 2026
Obiectul de achiziție: Piese de schimb pentru Dispozitive Medicale		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
		Sterilizare Centralizată						
1	33100000-1	Supapă electropneumatică (YV70) cu muffler, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare	ELECTROVALVE 2/2 WAYS, 1/8 "G-H, DN3, 220V-50HZ, N.TO.	Spania	Matachana	Supapă electropneumatică (YV70), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 41423.9 + 41591.2	ISO
2	33100000-1	Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare	VALVE STAINLESS STEEL HYDROPNEUMATIC BURKERT. 2 WAYS 1 "	Spania	Matachana	Supapă hidropneumatică NC (NV9), p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 41407.3	ISO
3	33100000-1	Viton O-ring, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare	VITON OF JOINT CLAMP 1 "	Spania	Matachana	Viton O-ring, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 43382.5	ISO
4	33100000-1	Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare	COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"	Spania	Matachana	Supapă pneumatică pentru butonul de oprire de urgență p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 41417.3	ISO
5	33100000-1	Connector M-7 PIPE D.4MM, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008 + instalare	DIRECTIONAL QUICK FITTING ELBOW MALE FOR M-7 PIPE D.4MM	Spania	Matachana	Connector M-7 PIPE D.4MM, p/u Sterilizator cu aburi Matachana S1008. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 43286.9	ISO
6	33100000-1	Pompa pentru lubrifiant la mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS + instalare	PUMP LUBRICANT MAT LD2314 LD521 LD521XLS	Spania	Matachana	Pompa pentru lubrifiant la mașina de spălare și dezinfecție, MAT LD521XLS. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 66649.4	ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferțant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
7	33100000-1	Tub intern 5X7.5MM pentru MAT LD521XLS + instalare	METER TRANSPARENT PLASTIC TUBE 5X7.5MM MAT LD521	Spania	Matachana	Tub intern 5X7.5MM pentru MAT LD521XLS. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 66466.5	ISO
8	33100000-1	Tub cu senzor de nivel pentru aspirarea detergentului, pentru mașina de spălare și dezinfecție, MATLD521XLS + instalare	CHEMICAL LANCE FOR MAT LD2314 LD521 LD521XLS	Spania	Matachana	Tub cu senzor de nivel pentru aspirarea detergentului, pentru mașina de spălare și dezinfecție, MATLD521XLS. Lucrările de instalare a piesei trebuie să fie executate de către un inginer al ofertantului, certificat de către producătorul dispozitivului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Matachana. Instalarea piesei va fi efectuată de către un inginer certificat de către Matachana. Numar de catalog: 66132.4	ISO
Laboratorul Analize Medicale								
11	33100000-1	Pompa de aer p/u XN-330	AIR PUMP SET NO.1 (PM)	Japonia	Sysmex	Pompa de aer p/u XN-330	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-330. Numar de catalog: 05104711	ISO
12	33100000-1	Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 60P" p/u XN-330	RELIEF VALVE SSR2N 60P	Japonia	Sysmex	Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 60P" p/u XN-330	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-330. Numar de catalog: 44395519	ISO
13	33100000-1	Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 30V" p/u XN-330	RELIEF VALVE SSR2N 30V	Japonia	Sysmex	Regulator "RELIEF VALVE SSR2N 30V" p/u XN-330	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-330. Numar de catalog: 44395522	ISO
14	33100000-1	Diaphragm Pump Assy No.45 p/u XN-330	DIAPHRAGM PUMP ASSY NO.45(0.5)	Japonia	Sysmex	Diaphragm Pump Assy No.45 p/u XN-330	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul analizatorului XN-330. Numar de catalog: 96336619	ISO
Anesteziologie și Terapie Intensivă								
24	33100000-1	Fabius GS Service Set (2 ani)	Fabius GS ServSet (1 year) + Maintenance-Kit COSY 2.n, 2y	Germania	Draeger	Un set cu piese ce conține filtre, garnituri, membrane(sac pompă, filtru pentru conectorul de aer și O2, filtru pentru analizatorul de gaze și altele, filtru de aer, baterie), compatibil cu Draeger Fabius Plus	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Draeger Fabius Plus XL: Chit de mentenanță de 1 an + Chit de mentenanță COSY 2.n, 2y Numar de catalog: MX08152 +MX08878	ISO
25	33100000-1	Fabius GS Service Set (3 ani) + instalarea	Fabius GS ServSet (3 year)	Germania	Draeger	Un set cu piese ce conține (diafragma cup, diafragma piston, filtre bacteriene, O-rings, baterie litiu 3V, garnitură, baterii lead-acid 12V 3.5 Ah, etc), compatibil cu Draeger Fabius Plus XL. + instalarea kit-ului.	Conform cerințelor; Produsul este original de la producătorul echipamentului Draeger Fabius Plus XL: Chit de mentenanță de 3 ani Numar de catalog: MX08153	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Oferțantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**