

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779375485266 din 25 mai 2026, 11:00 - 28 mai 2026, 11:00

Obiectul achiziției: Aparate de sterilizare, de dezinfectare și de igienizare

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33191000-5	2	Incubator termostat de laborator cu ușa din sticlă	BOV-D20P	China	Biobase	<p>Volum: 18 L, Ușa cu fereastră din geam dublu pentru control extern, fără a provoca variații de temperatură. Rafturi 2 unități, reglabile pe înălțime;</p> <p>Interval de temperatura: temperatura camerei + 5 °C până la 80 °C;</p> <p>Rezoluție: 1 C; Omogenitate: 2 %;</p> <p>Fluctuație de temperatură: ± 0,5 °C;</p> <p>Dimensiuni: exterioare – 44 x 38 x 55 cm și interioare – 26 x 26 x 26 cm;</p> <p>Greutate 20 kg;</p> <p>Siguranțe: 1 siguranță de 5A;</p> <p>Alimentare: 220V / 50-60 Hz, 600W</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	<p>BOV-D20P, Biobase,</p> <p>Volum: 20 L, Ușa cu fereastră din geam dublu pentru control extern, fără a provoca variații de temperatură. Rafturi 2 unități, reglabile pe înălțime;</p> <p>Interval de temperatura: temperatura camerei + 5 °C până la 80 °C;</p> <p>Rezoluție: 0.1 C;</p> <p>Omogenitate: 2 % ;</p> <p>Fluctuație de temperatură: ± 0,5 °C;</p> <p>Dimensiuni: exterioare – 45 x 42 x 59 cm și interioare – 26 x 28 x 28 cm;</p> <p>Greutate 24 kg;</p> <p>Siguranțe: 1 siguranță de 5A;</p> <p>Alimentare: 220V / 50-60 Hz, 600W</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	Certificate de conformitate
33191000-5	3	Sterilizator infraroșu anse microbiologice și bisturie	BK-HM35	China	Biobase	<p>Sterilizator pentru sterilizarea anselor microbiologice și bisturie. Temperatura de sterilizare cca 400°C/850 °C, material inox, sterilizare cu infraroșu, timp de sterilizare 5 – 7 secunde. Dimensiuni min.147 × 130 × 200 mm ± 40%. Diametrul produselor sterilizatoare min. 35 mm; Temperatura condițiilor de funcționare 5 ~ 40 °C;</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	<p>Biobase BK-HM35,</p> <p>Sterilizator pentru sterilizarea anselor microbiologice și bisturie. Temperatura de sterilizare: setabila la 400, 620, 840 °C, material aluminiu cu ceramica, sterilizare cu infraroșu, timp de sterilizare 2 – 5 secunde. Dimensiuni min.195 × 135 × 245 mm</p> <p>Diametrul produselor sterilizatoare min. 35 mm;</p> <p>Temperatura condițiilor de funcționare 5 ~ 40 °C;</p> <p>Termen de livrare 60 de zile calendaristice de la semnarea contractului.</p> <p>Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinau, str. Academiei 1</p>	Certificate de conformitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mihai Volcovschi În calitate de: administrator

Ofertantul: ALMICOM-TECH SRL Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești 271/2