

Specificatii tehnice (F4.1)

IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI

Numărul procedurii de achiziție: 21018885					Data: 07.02 -13.02.2019		Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2020					Lot:		Pagina 1 din 1
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
33100000-1	RPR Carbon Antigen Kit cu reagent și control în set.	RPR Carbon Antigen Kit	M.Britanie	Prestige Diagnostic	1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv și negativ) .Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.	2 set*500 teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv și negativ) .Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați.Soluțiile de lucru stabile mai mult de 30 zile.	ISO, CE.
33100000-1	Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste	HbsAG	Taiwan	Wantai	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afara de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile sunt livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set sunt lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru sunt stabile mai mult de 30 zile. Setul conține, în afara de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile sunt detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite o probă. <i>Înregistrat pe teritoriul RM</i>	ISO, CE.
33100000-1	Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste	anti-HCV	Taiwan	Wantai	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afara de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afara de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. <i>Înregistrat pe teritoriul RM</i>	ISO, CE.
33100000-1	Teste pentru determinarea singelui ocult în masele fecale (imunochimic)	FOB	China	AT	Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE.
33100000-1	Teste pentru determinarea H.Pylori Ag în masele fecale	H.Pylori Ag	China	AT	Metoda imunocromatografică. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Metoda imunocromatografică. Set conține testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu soluție bufer de diluare, instrucțiunea de utilizare pe limba de stat și să includă o procedură de control intern. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Seturile sunt livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	ISO, CE.

Semnat:  Numele, Prenumele: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: Profilab Diagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

