

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752579628456 din 21 iul 2025, 13:00 - 25 iul 2025, 8:30

Obiectul achiziției: Consumabile medicale necesare Departamentului imagistică medicală și Serviciului sterilizare (etapa II)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100000-1	2	Lot 2 Prelungitor tip Luer-lock	220.150	Franța	Vygon	Prelungitor tip Luer-lock, lungime - minim 150 cm, d-2.5-2.7x4.0-4.1 mm, vol minim 7.7 ml minim 10 bar	Prelungitor tip Luer-lock, lungime - minim 150 cm, d-2.5-2.7x4.0-4.1 mm, vol minim 7.7 ml minim 10 bar	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**