

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1703845941712</u> din <u>29 decembrie 2023</u>
Obiectul achiziției: <b>Reactivi și consumabile</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 5//Reactivi și consumabile compatibile cu Analizatorul HIPRO</b>						
D Dimeri	D-Dimer	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa D-Dimeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

					Set include 25 teste	
Cardiac troponin test kit	cTnI	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Cardiac Troponin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,
NT-proBNP	NT-proBNP	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa NT-proBNP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

					Set include 25 teste	
Procalcitonina	PCT	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Procalcitonina</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instructiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,
25 Hydroxy Vit-D	25-OH-VD	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa 25 Hydroxy Vit D .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Instructiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

IgE	IgE	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Ig E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,
IgA	IgA	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Ig A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 test</p>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

IgG	IgG	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Ig G</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,
IgM	IgM	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Ig M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

C-reactiv protein	CRP	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa proteina C-reactiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,
Rheumatoid Factor	RF	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control- inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Rheumatoid Factor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

					Set include 25 teste	
Antistreptolizin-O	ASO	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa Antistreptolizin -O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> <li>- Instructiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate in limba de stat.</li> </ul> <p>Set include 25 teste</p>	CE,
A- F P	AFP	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	<p>Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenti: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi in set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instructiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat.</p>	<p>Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa AFP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO.</li> <li>- Tipul de reagenti: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator;</li> <li>- Calibrator, control inclusi in set de la producator.</li> <li>- Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării.</li> </ul>	CE,

Anexa nr. 22  
la Documentația standard aprobat  
prin Ordinul ministrului finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021

					- Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat. Set include 25 teste	
b-HCG	HCG	China	Hipro Biotechnology Co., Ltd	Metoda de determinare: Test cantitativ automat. Tipul de reagenți: lichid stabil gata de utilizare; calibrator, control-inclusi în set. Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. Instrucțiunile privind la modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat.	Aplicație: Set de reactivi pentru determinarea cantitativa $\beta$ – HCG - Metoda de determinare: Test cantitativ, compatibil cu analizator imunologic automat HIPRO. - Tipul de reagenți: reactiv lichid stabil, gata de utilizare, ambalat de la producator; - Calibrator, control inclusi în set de la producator. - Termen de valabilitate indicat pe ambalaj de producatori nu mai mic de 12 luni din data livrării. - Instrucțiunile privind la modul de utilizare vor fi prezentate în limba de stat. Set include 25 teste	CE,
<b>Total lot 5</b>						
<b>TOTAL</b>						

**Nume: Victoria Olaru**  
**În calitate de: Director General**  
**Ofertantul: SRL BIOGENETIX SOLUTIONS**  
**Email: victoria.olaru@biogenetix.ro**  
**Adresa socială: mun. Chisinau, str. Aerodromului 10**  
**Data: 09.02.2024**