

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 din 25 sept 2025, 14:09 - 2 oct 2025, 14:09

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servic iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00 -1	6	Videolaringosc op flexibil	VS100 + BF30	China	ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOL OGY CO., LTD	"Videolaringoscop flexibil Descriere: Este folosit pentru examinarea clinică a cavității nazale, laringelui și a gâtului Parametru Specificație Diametrul de inserție distală 3-3,9mm Diametrul proximal 3-3,9mm Ecran LCD color minim 8" integrat cu port USB, port SD meniu digital Iluminare LED Memorare poză Obligatoriu Înregistrare video Obligatoriu Funcția Freeze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă Câmp vizual 85-120° Focusare imagine în adâncime: minim 5 până 50mm Gradul de îndoire a vârfului distal minim 130° stanga/dreapta Accesorii: Cablul USB Cablul Video Pedala pentru operațiuni de amplificare și înghețare- opțional Tester scurgeri 1 bucată Capac pentru sterilizare Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucată Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată Leduri de rezervă 3 bucăți, dacă sunt schimbabile"	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice	DM000835413 DM000836753

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**