

LOT n. 6



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000650,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Технический паспорт

Дегидратант Блик

Назначение: Используется для обезвоживания тканей в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после формалина Блик и перед промежуточной смесью I Блик.

Описание:

Прозрачная жидкость со слабым запахом чайного дерева.
Готова к использованию.

Состав: Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, неионное ПАВ (Triton X15).

| Аспект | Допустимые пределы содержания | Результат анализа |
|--|--|-----------------------|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева | соответствует |
| Плотность | 0.785-0.786 г/л | 0.785 г/л |
| Массовая доля изопропанола | не менее 99.7% | соответствует |
| Массовая доля воды не более | не более 0.15% | соответствует |
| Массовая доля нелетучего остатка | не более 0.0005% | соответствует |
| Смешиваемость с водой | смешивается во всех соотношениях | выдерживает испытание |
| параметр растворимости (δ) | не менее 25 Мпа | соответствует |
| диэлектрическая проницаемость (ϵ) | не более 18 ф/м | соответствует |
| кинематическая вязкость (ν) | не более 2.8 сСт | соответствует |
| плотность (ρ) | не менее 0.70 г/см ³ | соответствует |

Срок хранения: 1 год.



Подписи

[Handwritten signatures]

Серия №

Lot no. 6.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июня 2015 года

№ РЗН 2015/2764

На медицинское изделие

Реагент для обезвоживания и обезжиривания гистологических образцов тканей
«Дегидратант Блик» по ТУ 9398-004-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1480/31582 от 30.08.2013


Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4192
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0011592

LOT № 7



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000656,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Технический паспорт

Промежуточная смесь I (дегидратант Блик : минеральное масло)

Назначение: Используется для завершения обезвоживания и начала пропитывания тканей минеральным маслом в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после дегидратанта Блик и перед промежуточной смесью II Блик.

Описание:

Прозрачная маслянистая жидкость со слабым запахом чайного дерева.
Готова к использованию.

Состав: Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, неионное ПАВ (Triton X15), минеральное масло.

| Аспект | Допустимые пределы содержания | Результат анализа |
|--|--|-------------------|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева | соответствует |
| Массовая доля масла не менее | 10% | соответствует |
| Массовая доля воды не более | не более 0.15% | соответствует |
| Массовая доля нелетучего остатка | не более 0.0005% | соответствует |
| параметр растворимости (δ) | не менее 23 Мпа | соответствует |
| диэлектрическая проницаемость (ϵ) | не более 15 ф/м | соответствует |
| кинематическая вязкость (ν) | не более 3.19 сСт | соответствует |
| плотность (ρ) | не менее 0.70 г/см ³ | соответствует |

Срок хранения: 1 год.



Подпись

[Handwritten signature]

Серия №

LOT № 7



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 19 июня 2015 года № РЗН 2015/2765

На медицинское изделие

Реагент для продолжения обезвоживания, обезжиривания и начала просветления гистологических образцов тканей «Промежуточная смесь I Блик» по ТУ 9398-006-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1475/31573 от 30.08.2013


Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4198
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0011593

LOT № 8



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел. (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000556,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОГПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Технический паспорт

Промежуточная смесь II
(дегидратант Блик : минеральное масло)

Назначение: Используется для завершения обезвоживания и начала пропитывания тканей минеральным маслом в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после промежуточной смеси I Блик перед минеральным маслом Блик.


Описание:

Прозрачная маслянистая жидкость со слабым запахом чайного дерева.
Готова к использованию.

Состав: Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, неионное ПАВ (Triton X15), минеральное масло.

| Аспект | Допустимые пределы содержания | Результат анализа |
|--|--|-------------------|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева | соответствует |
| Массовая доля масла не менее | 20% | соответствует |
| Массовая доля воды не более | не более 0.15% | соответствует |
| Массовая доля нелетучего остатка | не более 0.0005% | соответствует |
| параметр растворимости (δ) | не менее 22 Мпа | соответствует |
| диэлектрическая проницаемость (ϵ) | не более 13 ф/м | соответствует |
| кинематическая вязкость (ν) | не более 3.7 сСт | соответствует |
| плотность (ρ) | не менее 0.80 г/см ³ | соответствует |

Срок хранения: 1 год.



Подписи

[Handwritten signatures]

Серия №

LOT № 8



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июня 2015 года № РЗН 2015/2759

На медицинское изделие

Реагент для окончания обезвоживания, обезжиривания и продолжения
просветления гистологических образцов тканей «Промежуточная смесь II Блик»
по ТУ 9398-007-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1476/31574 от 30.08.2013


Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4193
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



[Handwritten signature]

М.А. Мурашко

0011587

LOT n2.9



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-л «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000556,
К/С 30101810600000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Технический паспорт

Минеральное масло Блик

Назначение: Используется для пропитывания тканей минеральным маслом в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после промежуточной смеси II Блик и перед парафином Блик.

Описание:



Прозрачная маслянистая жидкость без запаха.
Готова к использованию.

Состав: минеральное масло.

| Аспект | Допустимые пределы содержания | Результат анализа |
|---|--|-------------------|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева | соответствует |
| Цвет по Сейболту | +30 | соответствует |
| Температура вспышки | 172°C | минимум 140°C |
| Температура застывания | -30°C | максимум -9°C |
| Коэффициент преломления | 1.457 – 1.475 | соответствует |
| Массовая доля нелетучего остатка | не более 0.0005% | соответствует |
| Массовая доля ароматических углеводородов | 0% | не содержит |
| параметр растворимости (δ) | не менее 15 Мпа | соответствует |
| диэлектрическая проницаемость (ε) | не более 2 ф/м | соответствует |
| кинематическая вязкость (ν) | не более 12 сСт | соответствует |
| плотность (ρ) | не менее 0.88 г/см3 | соответствует |

Срок хранения: 1 год.

Подписи

Серия № _____



LOT n2.9



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июня 2015 года

№ РЗН 2015/2761

На медицинское изделие

Реагент для просветления гистологических образцов тканей «Минеральное
масло Блик» по ТУ 9398-002-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1479/31580 от 30.08.2013

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1


Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4180
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко

0011589



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")

Lot no. 11

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 108-АС/034 от 23.01.12.

Директору
ООО «НПФ «БликМедиклПродакшн»
Г.Ю. Манукян
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская,
15, оф.21
тел. (863) 269-53-67

На № 01
от 12.01.2012г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции: фиксаторы для гистологии, реактивы для проводки гистологических образцов, красители для гистологии и цитологии, наборы красителей для гистологии и цитологии, декальцификаторы, парафиновые среды, расходные материалы из пластика (гистологические кассеты, контейнеры для гистологического материала), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Наборы реагентов для клинической лабораторной диагностики» (код ОКП 93 9816).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. № 148, от 17.03.2010г. № 149, от 26.07.2010г. № 548, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Заведующий отделом института

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78
телефоны для справок (499) 253 03 68, (499) 253 03 79
факсы (499) 253 00 85, (499) 253 68 55

