

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007					Data: 12.05.2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3					Pagina: ___ din ___		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	2	Fotoliu ginecologic acționat electric	Fotoliu ginecologic acționat electric	TM-A-1027	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	<p>Fotoliu ginecologic acționat electric</p> <p>Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior da Pedala activează: reglarea înălțimii "mişcarea spătar în sus/jos" - da</p> <p>"Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență" da</p> <p>Fotoliu ginecologic acționat electric:</p> <p>Acțiune: "electromecanic și mecanic" Secțiuni:</p> <p>Suporturi: pentru mâini- da pentru picioare-da</p> <p>Carcasul: oțel vopsit electrostatic-da Suprafața: "Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici" Înălțime reglabilă: minim</p> <p>Capacitate maximă: ≥ 200 kg</p> <p>Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile da</p> <p>"Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil" da Instalare, Garanție:</p> <p>"Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere" daGaranția dispozitivului medical minim 2 ani</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>- Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Fotoliu ginecologic acționat electric</p> <p>Conceput pentru a fi utilizat și în consultație ginecologică cu coloposcopie Fiecare ajustare a fotoliului este posibilă de la pedala de picior da Pedala activează: reglarea înălțimii "mişcarea spătar în sus/jos" - da</p> <p>"Structura este realizată din oțel pentru o protecție ridicată și oferă un nivel ridicat de rezistență" da</p> <p>Fotoliu ginecologic acționat electric: Acțiune: "electromecanic și mecanic"</p> <p>Secțiuni: = 3 Suporturi: pentru mâini- da pentru picioare-da</p> <p>Carcasul: oțel vopsit electrostatic-da Suprafața: "Acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici"</p> <p>Înălțime reglabilă: minim 60 - 100 cm Capacitate maximă: 250 kg</p> <p>Înălțimea și înclinarea spătarului, ajustabile da</p> <p>"Tava detașabilă și extractibilă, realizată din oțel inoxidabil" da</p> <p>Instalare, Garanție: "Instruirea minim 2 persoane. Funcționarea de bază a sistemului. Operarea avansată a sistemului. Rutină de întreținere" da Garanția dispozitivului medical = 2 ani</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>- Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Vezi Catalog Tur-Med p.46</p>	DM000862669
33192000-2	3	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg	Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg	CP300-55 cm	Italia	MORETTI S.P.A.	<p>Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg Cod M500110</p> <p>Descriere "Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor."</p> <p>Tip pacient adult Mânere de transport da</p> <p>Suprafață piele artificială sau nailon</p> <p>Tip de funcționare manual</p> <p>Utilizarea scaunului interior, exterior</p> <p>Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit / inox / alumin</p> <p>Mecanism de pliere rigid da</p> <p>Role din față cauciuc, fără cameră Ø, minim 20 cm</p> <p>Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, minim 60 cm</p> <p>inel autopropulsat din oțel vopsit sau inox</p> <p>Frâne pentru fiecare roată</p> <p>Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU sau alt material rezistent</p> <p>Suport picioare 1 pereche, detașabile</p> <p>Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm</p> <p>Adâncime ≥ 45 cm</p> <p>Înălțimea totală ≥ 90 cm</p> <p>Sarcină maximă: minim 200 Kg</p> <p>Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>- Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Scaun cu rotile pentru transportarea pacientilor, adult 200 kg Cod M500110</p> <p>Descriere "Carucior cu rotile pliabil pentru îmbunatatirea mobilitatii, permitind persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa. Scaunul cu rotile va fi utilizat in interiorul sau exteriorul institutiei. Se poate deplasa actionat de pacient sau ajutat de un insotitor."</p> <p>Tip pacient adult Mânere de transport da</p> <p>Suprafață nailon</p> <p>Tip de funcționare manual</p> <p>Utilizarea scaunului interior, exterior</p> <p>Caracteristici Cadru construcție oțel vopsit</p> <p>Mecanism de pliere rigida</p> <p>Role din față cauciuc, fără cameră Ø, = 20 cm</p> <p>Roți spate cauciuc, fără cameră Ø, = 60 cm</p> <p>inel autopropulsat din oțel vopsit</p> <p>Frâne pentru fiecare roată-da</p> <p>Suport cotiera 1 pereche, tampon din ent</p> <p>Suport picioare 1 pereche, detașabile</p> <p>Suprafață scaun pacient Lățime = 55 cm</p> <p>Adâncime = 48 cm</p> <p>Înălțimea totală = 92 cm</p> <p>Sarcină maximă: = 200 Kg</p> <p>Garanția dispozitivului medical: =2 ani</p> <p>Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p>- Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DM000200843

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007						Data: 12.05.2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3						Pagina: ___ din ___	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	4	Brancarda sanitara de baza	Brancarda sanitara de baza	TM-C 3033	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Brancarda sanitara de baza Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni min. 2 Poziționare Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade "Antitredelenburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz min. 0 - 70 grade Control manual da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C) opțional Nișe pentru casete x-ray opțional Reglabilă pe înălțime diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 125 mm Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti da "Posibilitatea de blocare a direcției roților " da (opțional) Material oțel vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 240 kg Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Brancarda sanitara de baza Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni min. 2 Poziționare Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor = 18 grade "Antitredelenburg cu ajutorul unui amortizor"18 grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz min. 0 - 70 grade Control manual da, din ambele părți Reglabilă pe înălțime diapazon de 740 – 1070 mm dintre poziția de jos și cea de sus Bare laterale, pliabile da Roți Diametru = 150 mm Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roti da "Posibilitatea de blocare a direcției roților " da (opțional) Material oțel vopsit electrostatic Sarcina maximă = 250 kg Dimensiuni= 780 x 1965 mm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Vezi Catalog Tur-Med p.56	DM000862693
33192000-2	10	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla	TM-G 7005	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse" partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mănere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi, reglabile pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 20 kg Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mănere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 40 kg Roți minim 4 Dimensiuni "Lungime 80 cm, ±10 cm Adâncime 40 cm, ±5 cm Înălțime min. 170 -190 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni	Dulap medical cu 4 usi, 2 cu sticla Descriere Dulap din oțel emailat pe suprafață cu uși și rafturi pentru stocarea obiectelor parafarmaceutice, medicamente Parametru Specificație Carcasa de bază oțel emailat rezistent la dezinfectanți chimici "Format din două compartimente suprapuse" partea de sus partea de jos Partea de sus dotat cu 2 uși de sticlă rezistentă cu rama din metal, cu mănere încuiere uși cu lacăt minim 2 rafturi, reglabile pe înălțime încărcarea maximă per raft minim 20 kg Partea de jos dotat cu 2 uși fabricate din oțel emailat, cu mănere încuiere uși cu lacăt minim 1 raft, reglabil pe înălțime încărcarea maximă per 40 kg Dimensiuni Lungima " 92 cm Adâncime 36 cm Înălțime 180 cm" Termenul de garanție minim 4 ani echivalent la 48 luni Vezi Catalog Tur-Med p.95	Nu este DM
33192000-2	16	Masă electrică pentru autorefractometru	Masă electrică pentru autorefractometru	CP-31AT-20	China	Taizhou Wenbang Technology Development Co., LTD	Masa electrică pentru autorefractometru Descriere Destinata pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe inaltime. Parametru Specificație Dimensiunea blatului mesei 560mm – 480mm, ±30mm Înălțime ajustabilă 630mm – 810mm, ±30mm Greutatea suportată minim 50 kg Alimentare 230V, 50 Hz Servicii montare obligatoriu Certificat de calitate obligatoriu Garanție cel puțin 2 ani	Masa electrică pentru autorefractometru Descriere Destinata pentru amplasarea autorefractometrelor cu ajustarea pe inaltime. Parametru Specificație Dimensiunea blatului mesei 560mm – 480mm, ±30mm, DA, 540x470mm, pag.1 Înălțime ajustabilă 630mm – 810mm, ±30mm, DA 630mm – 820mm, pag.1 Greutatea suportată minim 50 kg , DA, 75kg, pag.1 Alimentare 230V, 50 Hz , Da, pag.1 Servicii montare obligatoriu, Da, inclus Certificat de calitate obligatoriu, DA, Declarație de conformitate CE Garanție cel puțin 2 ani, DA	DoC CE (Nu este DM)

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007					Data: 12.05.2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3							Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	18	Pat multifuncțional pentru adulți 5-6 poziții traumatologic	Pat multifuncțional pentru adulți 5-6 poziții traumatologic	TM-D 4053	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) traumatologic Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparentă la razele X-ray (radiografice) obligatoriu Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 20 cm hșu cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) traumatologic Cod 140391 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 5-6 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Poziționare Trendelenburg =17 grade Anti-trende=17 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Transparentă la razele X-ray (radiografice) obligatoriu Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 383 x 462 cm Spătarul reglabil ≥ 70 grade Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da, inclus Greutatea maximă admisă de încărcare Cadru pentru etichetă pe spetează=300kg Înălțime Ajustabilă diapazon min.50-85 CM Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea m. 20 cm, saltea TM-D-4069 DM000854012 hșu cu fermoar da, inclusă. Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, tip "IV Pole, height ajustable". Bară de suport pentru ridicare pacient bară echipată cu cura flexibilă și mâner în formă de cerc / triunghi rigid de care se prinde pacientul Da, opțiune Lifting pole Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Vezi Catalog Tur-Med p.10-11	DM000862675+ DM000854012
33192000-2	19	Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristici avansate cu inclinare laterală	Pat multifuncțional 6-8 poziții caracteristici avansate cu inclinare laterală	TM-D 4080	Turcia	TUR-MED HASTANE MALZEMELERI SAN. VE TIC. LTD. STI.	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu inclinare laterală Cod 140403 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg poziționare cardiacă Poziționare Trendelenburg ≥ 16 grade Anti-trendelenburg ≥ 16 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 70 grade Cintar încorporat da Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 16°/ 16° Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥250 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 45 - 80 cm, ± 2 cm Rotile Diametru ≥ 15 cm A cincea roată la mijlocul patului obligatoriu Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic ≥ 35 x 43 cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit "fabricat din spumă poliuritanică" obligatoriu grosimea min. 20 cm hșu cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Pat multifuncțional pentru adulți (6-8 poziții) caracteristici avansate cu inclinare laterală Cod 140403 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg poziționare cardiacă Poziționare Trendelenburg ≥ 17 grade Anti-trendelenburg ≥ 17 grade Poziționare CPR electric (auto-CPR) Spătarul reglabil ≥ 75 grade Cintar încorporat da Înclinarea laterală (stânga, dreapta) minim 12°/ 12° Stabilitate suprafață orizontală ≤1° fără a fi acționată înclinarea laterală Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥300 kg Înălțime Ajustabilă diapazon min. 55 - 90 cm, Rotile Diametru ≥ 15 cm Sistem de blocare central pentru toate roțile blocarea roților în o singură direcție Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru casetă/detector radiologic = 383 x 462 cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare părților importante în caz de lipsă de energie electrică da, baterie inclusă Alimentare 220 V, 50 Hz Comenzi de picior pentru reglarea înălțimii obligatoriu Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice saltea TM-D-4069 DM000854012 hșu cu fermoar da, inclusă "fabricat din spumă poliuritanică" obligatoriu grosimea min. 20 cm hșu cu fermoar da, Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, tip IV Pole, height adjustable Manual de utilizare În limba de stat Cerințe față de manualul de utilizare Să conțină instrucțiuni clare și depline cu privire la curățarea și dezinfecția suprafețelor și a părților componente Manual tehnic sau de service În limba engleză Manual / listă cu piese de schimb piese de schimb cu coduri de referință sau numere de partidă, manualul / lista trebuie să conțină ilustrații grafice pentru fiecare componentă în parte Garanție minim 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Vezi Catalog Tur-Med p.8-10	DM000862683+ DM000854012

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007					Data: 12.05.2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3					Pagina: ___ din ___		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	20	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	Saltea antiescare grad I cu celule tip fagure	Lattice Style	China	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Saltea antiescare gradul I, cu celule tip fagure Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 7cm Celule tip fagure (formă de bule) minim 130 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule tip fagure conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 110 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DM000754261
33192000-2	21	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	Saltea antiescare grad II și III cu celule cilindrice	LAD470	Italia	MORETTI S.P.A.	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni aproximative 195x90 (±5cm), înălțime minim 11cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 140 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Saltea antiescare gradul II și III, cu celule cilindrice Descriere Salteaua antiescare previne apariția escarelor, dacă pacientul are deja escare salteaua antiescare va ajuta la vindecarea acestuia împreună cu tratamentul medicamentos și dieta de viață prescrisă de medic Parametrul Specificația Saltea Dimensiuni, înălțime 13cm, 196x86 cm Celule cilindrice gonflabile (formă tubulară) minim 16 Material impermeabil, rezistent la curățare și dezinfecție da Celule cilindrice conectate în două grupe A și B da Greutatea maximă suportată minim 160 Kg Caracteristici compresor Compresor cu presiune alternantă da Ciclul de umflare / dezumflare 10-15 minute Cârlige pentru fixare de marginea patului da Nivel de zgomot redus da Debitul de aer 4-9 litri/min Presiunea reglabila la ieșire minim 50-100 mmHg Alimentare rețea electrică 220 V, 50 Hz da Termenul de garanție 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DM000378471

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1775739090007					Data: 12.05.2026		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 3							Pagina: ___ din ___
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință
33192000-2	27	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți	MP091+ST625/1 + MP180+ STA110/1	Italia	MORETTI S.P.A.	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru ≥12 cm Frînă ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți Cod 140410 Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților Parametrii Specificația Construcția, căptușeala Netoxic Fără margini ascuțite Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului Barele de protecție laterale Detașabile Rotile Diametru ≥12 cm Frînă ≥2 Înălțime Reglabilă Accesorii Husă pentru saltea Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DM000765287+ DM000765304+ DM000657511+ DM00021865

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de:

Administrator

Ofertantul: "Tetis International Co" SRL Adresa: mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3