

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1750873741357 din 08.07.2025						
Obiectul de achiziției: Reactivelor și consumabilelor de laborator de tip închis pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
Lot 9. TPHA	8.00.19.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых Т. Pallidum антигеном, pH 7,2, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20,титр в диапазоне 1/640-1/2560, фзид натрия 0,95 г/л Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых Т. Pallidum антигеном, pH 6,2-7,4, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 6,2-7,4 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 6,2-7,4 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20,титр в диапазоне 1/1280, фзид натрия 0,95 г/л. Реактивii și substanțele de control conțin 0,1% azidă de sodiu ca conservant. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Instrucțiunea și fișa tehnică se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9