

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675064420798 din: 9 febr 2023, 12:54 - 22 febr 2023, 11:54

Obiectul achiziției: Deservire și întreținere dispozitive medicale - 2023

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
50420000-5	RMN Hitachi ECHELON OVAL	-	-	-	Punte (Gantry): Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; Testarea funcționalității butonului STOP; Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); Testarea funcționalității a indicatorului laser; Masă pacient: Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate; Consola Operatorului: Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; Curățarea de praf a ventilatoarelor, plășilor electrice și a carcasei; Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Bloc IPDU: Curățare de praf a întregului bloc; Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC; Bloc RFCU: Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient): Verificare la scurgeri de apă; Testarea momentului de rotație pentru cablajele fixate a bobinei de gradient; Bloc ERDU și compresoarele: Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; Schimbul Cold Head; Curățare de praf pe interior; Bloc EXCU: Verificare la scurgeri de apă; Schimbul apei; Ajustări:	Punte (Gantry): Verificarea funcționalității tuturor indicatoarelor; Testarea funcționalității butonului STOP; Curățarea ventilatoarelor filtrelor și a carcasei de praf (inclusiv dispozitivul pe interior); Testarea funcționalității a indicatorului laser; Masă pacient: Testarea mișcării mesei în plan longitudinal, transversal, vertical; Verificarea rulmenților și schimbarea lor după necesitate; Consola Operatorului: Verificarea funcționalității butonului EMERGENCY; Curățarea de praf a ventilatoarelor, plășilor electrice și a carcasei; Testarea funcționalității printerului laser prin implementarea mentenanței preventive conform manualului tehnic; Bloc IPDU: Curățare de praf a întregului bloc; Testarea tensiunilor de alimentare a modului DC; Bloc RFCU: Curățare de praf a întregului bloc; Verificarea conexiunii cablajelor electrice; Bloc GCPA (bobina de gradient): Verificare la scurgeri de apă; Testarea momentului de rotație pentru cablajele fixate a bobinei de gradient; Bloc ERDU și compresoarele: Copierea jurnalului istorie, cu verificarea funcționalității ERDU; Schimbul Cold Head; Curățare de praf pe interior; Bloc EXCU: Verificare la scurgeri de apă; Schimbul apei; Ajustări:	-

					Testare după fantom FOV; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; DryPix 4000 plus Curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Serviciile vor fi prestate trimestrial	Testare după fantom FOV; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot; Verificarea și ajustarea parametrilor semnalului-zgomot cu T/R Body bobină; DryPix 4000 plus Curatarea, calibrarea și repararea dispozitivului. Serviciile vor fi prestate trimestrial.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**