

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1673007239275 din 24.01.2023						
Obiectul de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL – II – sistem închis REACTIVI PENTRU COAGULOMETRU COATRON PRO X TECO, GERMANIA						
Set pentru determinarea timpului de protrombină (TP)	A230-100	Germania	TECO	Ambalaj 10X10ml (2000 teste). Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. și ISI nu mai mult de 1,1 și calciu clorid. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10X10ml (2000 teste). Conținut tromboplastină liofilizată cu activ. 13-18 s. și ISI nu mai mult de 1,1 și calciu clorid. Reactivii dispun de Declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii sunt obligatoriu în ambalajul producătorului. Compania dispune de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru determinarea fibrinogenului fără diluție prealabilă a plazmei	A0511-050	Germania	TECO	Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 10X5ml (2000 teste). Reactivii dispun de Declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii sunt obligatoriu în ambalajul producătorului. Compania dispune de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

IBS Buffer 1fl 125 ml (1000 teste), pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis	A0590-125	Germania	TECO	Ambalaj 1flX125ml (1000 teste). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Ambalaj 1flX125ml (1000 teste). Reactivii dispun de Declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru ”Teco Coatron X Pro”, Germania, (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului. Reactivii sunt obligatoriu în ambalajul producătorului. Compania dispune de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Calibrator universal la PT, FIB, pentru coagulometru Teco Coatron X Pro, Germania, sistem închis.	P8001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP) . Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Flacoane cu volum 1 ml. Calibrator este produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP) . Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Plasma de control normal pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului	P6001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control este produs de acelaș producător ca și reactive pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Plasma de control patologic pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului	P6101-010	Germania	TECO	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control trebuie să fie produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni	Flacoane cu volum 1 ml. Material de control este produs de același producător ca și reactiv pentru determinarea timpului de protrombină (TP), fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 18 luni. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Set pentru D-dimer Blue LC set - 100 teste	D2020-005	Germania	TECO	Set - Ambalaj 1fl X 5ml (100 teste) Latex, 1x7ml Reaction Buffer, 1x7 ml Sample Buffer, 1x1 ml TECal DD, 1x1 ml TECal N, 1x1 ml TEControl A Plus. Reactivii să dispună de certificat, sau declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	Set - Ambalaj 1fl X 5ml (100 teste) Latex, 1x7ml Reaction Buffer, 1x7 ml Sample Buffer, 1x1 ml TECal DD, 1x1 ml TECal N, 1x1 ml TEControl A Plus. Reactivii dispun de Declarația CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu coagulometru "Teco Coatron X Pro", Germania, (sistem închis), eliberat de către producătorul utilajului. Reactivii sunt obligatoriu în ambalajul producătorului. Compania dispune de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor. Toate pozițiile lotului sunt produse de același producător. Broșura producătorului se anexează.	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Agitator magnetic	80 050 06	Germania	TECO	Agitator magnetic	Agitator magnetic	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Microcuva pentru coagulometru Coatron PRO X, TECO	24 100 00	Germania	TECO	De la producător coagulometrului Coatron PRO X, TECO. Ambalaj 1*500 de la producător și trebuie să fie cu codul de la producător la fiecare cutie. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	De la producător coagulometrului Coatron PRO X, TECO. Ambalaj 1*500 de la producător și este cu codul de la producător la fiecare cutie. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor.	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
LOTUL IV - sistem închis Reactivi pentru analizator de urină Mission U 500, (ACON, United States)						
Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite	U031-010 (10U)	SUA	ACON	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină, cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen, nitrite, leucocite). Broșura producătorului se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație

Material pentru controlul calității urinei cu 2 nivele (normal și patologic)(2 fl.*5ml)	U021-011	SUA	ACON	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoză, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite,pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite)	Autentic pentru analizator de urină Mission U 500. Broșura producătorului se anexează.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO; Autorizație
Lotul – 6. Cutia Petri din polisteren	318244	Italia	Syntesys	Cutia Petri din polisteren	Cutia Petri din polisteren	Certificat CE; Certificat ISO; Autorizație
Lotul – 7. Lancete (scarificatoare) pentru maturi	1110102	Germania	Heinz Herenz	1. ambalat individual 2. steril 3. pentru maturi. (recoltare din deget).	1. ambalat individual 2. steril 3. pentru maturi. (recoltare din deget).	Certificat CE; Certificat ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9