

Specificații tehnică							
Numărul procedurii de achiziție: 21559809 / ocde-b3wdp1-MD-1770039629648 din 10.02.2026							
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță preventivă și mentenanță corectivă pentru anul 2026							
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
50400000-9	Lot 5 1)Analizator automat biochimic Selectra PRO M (an.2018); 2)Analizator automat biochimic stat fax 3300 (an.2007); 3)Analizator automat hematologic CELL DYN Emerald (an.2021 4)Analizator automat hematologic CELL DYN Emerald (an.2021	Selectra PRO M; Stat Fax 3300; Cell Dyn Emerald; Cell Dyn Emerald;	Olanda; SUA;	Elitech; Awarness Technology; Abbott Laboratories;	conform caietului de sarcini	1. Asigurarea in permanență a stării de bună funcționare a dispozitivelor medicale prin efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă conform standartelor și cerințelor din manualul de utilizare. 2.Verificări și calibrare semestrial a parametrilor de funcționare conform cărții tehnice. 3. Intervenții pentru reparații.	n/a

50400000-9	Lot 6 Sistem de diagnostic GE/ Brivo DR-F	Brivo DR-F	Franta	GE Healthcare	conform caietului de sarcini	Servicii de profilaxie a aparatului roentgen digital Brivo DR-F, inclusiv: -4 revizii obligatorii (trimestrial); - interventii de diagnostic la cerere ori de cite ori este nevoie. -verificarea si masurarea parametrilor functionali; -revizia tehnica, cu efectuarea reglajelor si calibrarilor; -curățarea părților componente ale echipamentului; -curatarea tubului; -verificarea mA si kV; - verificarea timpului de scanare; -performanta imaginii; -auto calibrarea; -lubrifierea suportului principal; -controlul și eventual o noua reglare a aparatului; -eliminarea jocurilor la părțile mecanice; -curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; -verificarea tensiunilor de alimentare; -verificarea conexiunilor electrice; -verificarea cablurilor de masă; -curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; -verificarea funcționării motoarelor; -verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; -verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul). Piesele nu intra sub acoperire. Piesele depistate a fi defecte se achizitioneaza separat	n/a
------------	--	------------	--------	---------------	------------------------------	---	-----

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: “Intermed-Service” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2